



**BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75 sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

Brzeg, 12.07.2022 r.

Znak sprawy: PN/1/2022

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

**ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT
I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT
W ZAKRESIE PAKIETU NR 11**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn.: **"Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"** – PN/1/2022

Pakiet nr 11 - Dostawa leków – wg załącznika nr 2.11 do SWZ;

Zamawiający - **Brzeskie Centrum Medyczne**, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia **o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 11 dokonanej w dniu 04.07.2022 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.**

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2022 r. Wykonawca **URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław** wniósł pismo do Zamawiającego dotyczące anulowania decyzji Zamawiającego w zakresie odrzucenia jego oferty oraz o dokonanie ponownej oceny ofert i uznanie przedmiotowej oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

W uzasadnieniu Wykonawca wskazał, że przedłożony dla zaoferowanego wyrobu medycznego :test paskowy GlucoDr.auto A, Certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331, 7.12.1998, s.1-37, z późn. Zm.)- Certyfikat CE, zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 98/79/WE (oraz z zapisami samej normy EN ISO 15197:2015) potwierdza zgodność wyrobu z normą EN ISO 15197:2015.

Nadto, ten sam Wykonawca - URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, w **dniu 7 lipca 2022 r.** poinformował Zamawiającego pismem **o niezgodnościach w ofercie firmy: SALUS International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice z wymogami określonymi w SWZ** oraz o konieczności odrzucenia oferty firmy SALUS Sp. z o.o., ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe dwa pisma Wykonawcy - URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności oceny ofert, opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym : „W ocenie Izby, Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.(...)

Nadrzędną zasadą dotyczącą wszelkiego rodzaju czynności przedsięwziętych przez instytucje zamawiające w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ich zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok KIO 1939/10 z dnia 23 września 2010 r.).”

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dokona ponownego powtórzenia czynności oceny ofert **w zakresie Pakietu nr 11** i o wynikach postępowania zawiadomi Wykonawców niezwłocznie.

.....
Kierownik Zamawiającego