

Bytom dnia: 2019-04-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informujemy, iż w dniu 2019-04-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Prosimy Zamawiającego w pakiecie nr 132 o dopuszczenie pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych, jednorazowego użytku kształt standardowy okrągły o średnicy 10mm, 15mm, 33mm z drutu plecionego o grubości 0,43 mm, długość narzędzia 240cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

