

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22

Pakiet nr 5, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści dren w rozmiarach od CH10 do CH18?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w SWZ.

Pakiet nr 5, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści końcówkę do odsysania CH21?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w SWZ

Pakiet nr 5, pozycja nr 4 – Czy zamawiający wykreśli pozycję nr 4, ponieważ produkt ten jest niedostępny na rynku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pakiet nr 5, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści kankę Ch24 x 250mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w SWZ.

Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści sondę w rozmiarze CH18 i CH21?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści okulary w rozmiarach: S (20-31cm), M (25-35cm) oraz L (30-40cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

Pakiet nr 42, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści elektrody bez możliwości stosowania podczas RTG?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza, zgodnie z opisem w SWZ.

Zamawiający

