



**tel.:** +48 22 343 46 00  
**tel.:** +48 22 815 30 11  
**fax:** +48 22 343 45 25

IK-EZP/065/155/2021

Warszawa, dnia 13.05.2021r.

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ (01)**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień i dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego :

#### **„ Dostawa mebli i wyposażenia medycznego dla budynku J w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie”**

#### **Znak sprawy ZP.016.2021**

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

##### **Pytanie 1 dot. części nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 3 pozycji nr 6 tj. Automat do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego z wyposażeniem jako osobny pakiet? Umieszczenie automatu do mycia i dezynfekcji szkła w pakiecie łącznie z innymi urządzeniami znacznie ogranicza możliwość składania ofert konkurencyjnych oraz uniemożliwia złożenie oferty firmom, które specjalizują się w tego typu urządzeniach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w obecnym kształcie narusza w sposób znaczący zapisy Pzp, w tym między innymi: - art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. - art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych - art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości kwoty wadium nowego pakietu.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 6 pozycji nr 7 i 8 tj. obejmujących komory/łóżka laminarne jako osobny pakiet? Umieszczenie komór laminarnych w pakiecie łącznie z innymi urządzeniami znacznie ogranicza możliwość składania ofert konkurencyjnych oraz uniemożliwia złożenie oferty firmom, które specjalizują się w tego typu urządzeniach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w obecnym kształcie narusza w sposób znaczący zapisy Pzp, w tym między innymi: - art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. - art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych - art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości kwoty wadium nowego pakietu.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie 3**

Prosimy o wydzielenie z części nr 3 pozycji 8-13 do osobnego zadania. Maceratory oraz myjnie do kacek są specjalistycznymi urządzeniami i nie są powiązane funkcjonalnie z pozostałymi dezynfektorami lub myjniemi.

##### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4 dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 3, pkt 1**  
**Myjnia ultradźwiękowa**

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni ultradźwiękowej o częstotliwości ultradźwięków wynoszącej 35 kHz.

Każdy z producentów dobiera wartość ultradźwięków do komory urządzenia, aby mycie ultradźwiękami było najefektywniejsze.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 5 dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 3, pkt 1**  
**Myjnia ultradźwiękowa**

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni ultradźwiękowej z czasomierzem o nastawach do 15 minut i praca ciągła.

Mycie narzędzi w myjni ultradźwiękowej ma na celu tylko rozbicie zabrudzenia, a nie dezynfekcję. Czas kąpieli ultradźwiękowej nie powinien być zbyt długi.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6 dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 3, pkt 1**  
**Myjnia ultradźwiękowa**

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni ultradźwiękowej bez grzałki i regulacji temperatury.

Proponowane urządzenie pracuje w temperaturze pokojowej, co zapobiega koagulacji białek (zanieczyszczeń) na narzędziach.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 7 dot. Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Część nr 3, pkt 1**  
**Myjnia ultradźwiękowa**

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni ultradźwiękowej z 8 przetwornikami generującymi stałą moc ultradźwięków wynoszącą 600 W.

Ilość przetworników i ich moc dobierana jest przez każdego producenta do wielkości komory myjącej w celu zapewnienia optymalnych warunków mycia ultradźwiękowego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8 dot. części nr 3, poz. 8, 9, 11**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 0,37kW, taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 0,37kW.

**Pytanie 9 dot. części nr 3, poz. 8, 9, 11**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody na jeden cykl 10 litrów?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody na jeden cykl 10 litrów.

**Pytanie 10 dot. części nr 3, poz. 8, 9, 11**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie.

**Pytanie 11 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer. 600 x gł. 650 x wys. 940mm nieznacznie różniących się od wymaganych?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 12 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa/górny panel, komora, dysze), posiadające 2 pompy dozujące, 12 dysz w tym 4 obrotowe umieszczone na spodzie myjni?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa/górny panel, komora, dysze), posiadające 2 pompy dozujące, 12 dysz w tym 4 obrotowe umieszczone na spodzie myjni

**Pytanie 13 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające w standardowym koszu pojemność 1 basenu z pokrywą oraz 2 kacek? Oferowane urządzenie posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze np. na 6 kacek, bądź wiadro/miskę. Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralną część basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający potwierdza, że miał na myśli basen z pokrywą, na którą również winien się znajdować stelaż

**Pytanie 14 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pobór energii 0,161 kW/h, bądź 0,165 kW/h w zależności od wybranego cyklu?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pobór energii 0,161 kW/h, bądź 0,165 kW/h w zależności od wybranego cyklu.

**Pytanie 15 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkownika.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych.

**Pytanie 16 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące dezynfekcję chemiczno-termiczną A0=60 oraz program sporobójczy równy A0=600? Wymagany parametr A0=700 nie jest nomenklaturą stosowaną zgodnie z EN ISO 15883-1, standard A0 określany jest wartością 60, 600, bądź 3000.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie oferujące dezynfekcję chemiczno-termiczną A0=60 oraz program sporobójczy równy A0=600.

**Pytanie 17 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyświetlacz LCD informujący o fazie cyklu, temperaturze, usterkach/alarmach itp.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyświetlacz LCD informujący o fazie cyklu, temperaturze, usterkach/alarmach itp.

**Pytanie 18 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, 50Hz, o mocy 3000W? Jest to parametr zwiększający wydajność urządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści środek przeznaczony do myjni oparty na wodorotlenku potasu (<10%), pH > 12?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści środek przeznaczony do myjni oparty na wodorotlenku potasu (<10%), pH > 12.

**Pytanie 20 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu.

**Pytanie 21 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może

pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia.

**Pytanie 22 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory.

**Pytanie 23 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.

**Pytanie 24 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304.

**Pytanie 25 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu.

**Pytanie 26 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterowanie i kontrolę mikroprocesorową, z portem RJ45 oraz dotykowym wyświetlaczem LCD min. 3" informującym o numerze, fazie cyklu, temperaturze, osiągnięciu parametru A0, zaistniałych błędach itp.? Są to elementy niezwykle istotne do natychmiastowej oceny skuteczności procesu i potrzebne do jego dokumentacji i archiwizacji.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza aby urządzenie posiadało sterowanie i kontrolę mikroprocesorową, z portem RJ45 oraz dotykowym wyświetlaczem LCD min. 3" informującym o numerze, fazie cyklu, temperaturze, osiągnięciu parametru A0, zaistniałych błędach itp.

**Pytanie 27 dot. części nr 3, poz. 10, 12**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w trzy programy w tym jeden program sporobójczy, o potwierdzonej badaniem w kierunku spełnienia normy EN13697 skuteczności? Program taki zmniejsza w dużym stopniu ryzyko rozprzestrzenienia się zakażeń wewnątrzszpitalnych m.in. *Clostridium difficile*.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenia urządzenia wyposażonego w trzy programy w tym jeden program sporobójczy, o potwierdzonej badaniem w kierunku spełnienia normy EN13697 skuteczności.

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14dni, po przekroczeniu wyłącznie tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14dni, po przekroczeniu wyłącznie tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załączniku Nr 5 do SWZ-projektowane postanowienia umowy w par 7 ust. 8 pkt 3) na obowiązujące brzmienie:

*„do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej”*

**Pytanie 29 dot. pkt. 9.1 SIWZ, ppkt. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 18001:2014 ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SWZ .

**Pytanie 30**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do odrębnego pakietu opisanego w części 1 wyposażenia działu centralnej sterylizacji tj. pozycji od 1 – 27. Wszystkie opisane produkty w tej części w tym kosze sterylizacyjne, tace sterylizacyjne oraz stelaże opisane w poz. 13 i w poz. 14 są wyrobami specjalistycznymi.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi z jaki typami urządzeń powinny być kompatybilne stelaże opisane w poz. 13 (stelaż odstawczy na czyste materace) oraz w poz. 14 (stelaż odstawczy na wózki wsadowe do myjni) i czy kompatybilność oferowanych stelaży powinna być potwierdzona przez autoryzowanego dystrybutora tych urządzeń na terenie RP.

**Odpowiedź**

Stelaż odstawczy do wózków wsadowych do myjni oraz stelaż odstawczy na czyste materace powinny być kompatybilne z wózkami wsadowymi do myjni UNICLEAN PL II 10-2 EL oraz z wózkiem wsadowym do komory do dezynfekcji kompletów pościelowych VACUDES PL 2000 ED. Zamawiający nie wymaga, aby kompatybilność oferowanych stelaży była potwierdzona przez autoryzowanego dystrybutora tych urządzeń na terenie RP

**Pytanie 32**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pakiet 1 kontener o następujących parametrach Kontener przybiurkowy 3-szufladowy - wykonany ze stali min. 1.4301 (AISI304) o grubości min. 0,6 mm - mebel na 4 nóżkach o wys. min. 150 mm ze stopkami umożliwiającymi wypoziomowanie - blat prosty - wyposażony w 3 szuflady równej wielkości umieszczone jedna pod drugą - szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem z blokadą przed wypadnięciem - Możliwość wysunięcia tylko jednej szuflady pozwalająca zachować stabilność mebla - Każda z szuflad zamykana oddzielnym zamkiem, każda wyposażona w wyprofilowany uchwyt na całej szerokości szuflady o gł. ok. 15-20 mm - wytrzymałość szuflady min. 50 kg - odporny na środki dezynfekcyjne - Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne - wymiary: szer. 440 mm x gł. 550 mm x wys. 685 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 33 dot. poz. 4**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojemnika na rękawiczki jednorazowe nieznacznie różniącego się wymiarami od wymaganego tj. o wymiarach 250 x 75 x 132 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 34 dot. poz. 12**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stelaż do worków foliowych nieznacznie różniącego się wymiarami od wymaganego tj. o wymiarach 440 x 440 x 985 co nie wpływa na jego funkcjonalność?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 35**

Czy z uwagi na okres wakacyjny/urlopowy oraz w trosce o terminowe dostawy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 8 tygodni?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie dokonuje stosownych zmian w SWZ oraz Ogłoszeniu o Zamówieniu oraz w Załączniku nr 1 do SWZ i Załączniku nr 7 projektowane postanowienia umowy. W załączeniu obowiązujące brzmienie Załączników do SWZ.

**Pytanie 36 dot. części nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści parawan trzyczęściowy o szerokości skrzydła 700 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 37 dot. części nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści parawan trzyczęściowy wyposażony w 6 kół?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 38 dot. części nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm, szafką stalową lakierowaną proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnicami szuflad z samodociągami, korpusem szafki wyposażonym w materiał wygłuszający, niechłonna wilgoci, minimalizujący wibracje, stelażem nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów, podstawą stalową z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażoną w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą, uchwytem do pojemnika na zużyte igły, pojemnika na cewniki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że blat wykonany zostanie ze stali gat. min. 0H18N9

**Pytanie 39 dot. części nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z szafką o wymiarach 600 x 500 x 805 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 40 dot. części nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z pojemnikiem na zużyte igły o poj. 2,5l oraz pojemnikiem na cewniki o pojemności 1l?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 41 dot. części nr 2 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o wymiarach bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm, wysokości wózka z nadstawką 1700 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 42 dot. części nr 2 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści fotel multifunkcyjny o poniższych parametrach:

- Fotel osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem, podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze np. białym. Tapicerka beżowa, skóropodobna standard line, kolorystyka do wyboru z palety producenta.
- Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych
- Podnózek regulowany za pomocą sprężyn gazowych
- Regulowane podłokietniki (komplet)
- Wieszak na podkład w rolce
- Półka boczna o wymiarach 30 x 40 cm
- Wymiary 66 x 51 x 186 cm (szer. x wys. x gł.)
- Dopuszczalne obciążenie: do 150 kg
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0 ° do +25°
- Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°
- Regulacja kąta oparcia: 0 ° do +70°
- Wymiar podłokietników: 400 x 150 mm
- Elektryczna regulacja wysokości od 51 cm do 71 cm
- Zasilania 230V, 50 Hz



**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 43 dot. części nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści parawan harmonijkowy o poniższych parametrach:

- siedmioskrzydłowy, mobilny,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowany proszkowo na biało
- wypełnienie stelaża stanowi biała płyta z tworzywa PC poliwęglan
- podstawa stalowa lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą
- system zabezpieczający przed przypadkowym rozłożeniem się parawanu w stanie złożonym w trakcie prowadzenia
- Dane techniczne:- maksymalna wysokość całkowita: 1700 mm- wymiar podstawy: 460x640 mm- wymiary jednego skrzydła: 300x1500 mm
- maksymalna ilość skrzydeł: 7 szt.
- szerokość w stanie złożonym: 460 mm
- szerokość w stanie rozłożonym: 2250 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 44 dot. części nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający stabilną stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, z częścią środkową unoszącą się do kąta 30 ° co ułatwia między innymi przeprowadzanie badań USG. Regulacja wysokości stołu odbywa się hydraulicznie. W pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości. Poszczególne części blatu regulowane są poprzez sprężyny gazowe. Długość 200 cm, szerokość 65 cm, Wysokość 48-100 cm. Regulacja kąta podglówka:

-70° do 50° za pomocą sprężyny gazowej, regulacja kąta części środkowej: 0° do 30° za pomocą sprężyny gazowej. Masa własna: 92 kg. Maksymalne obciążenie: 160 kg



### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie 45 dot. części nr 2 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z szafką o poniższych parametrach:

- szafka na 5 szuflad (wysokość frontów 5x138mm) + 1 drzwiczki (szerokość:310 mm), wyposażenie części szafki z drzwiczkami: 1xkuweta 400x300x50mm/ 1xkuweta 400x300x110mm/ 1xkosz 400x300x100mm/ 1xkosz 400x300x180mm, 1xblat roboczy stalowy lakierowany proszkowo wysuwany z boku wózka, 1xzamek centralny do szafki z szufladami, 1xzamek do szafki z drzwiczkami, 1xuchwyt do prowadzenia

- WYKONANIE:- blat stalowy z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm- podstawa stalowa z odbojami , wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym 2 z blokadą - szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflad z samodociągami, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, szafka wyposażona w zamek, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 850x550x1000 mm

- Wymiary szafki: 800x500 mm

- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 394x460x123 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający doprecyzowuje, że wózki wielofunkcyjne z poz. 11 i poz. 12 winny mieć taką samą wysokość.

### **Pytanie 46 dot. części nr 2 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o poniższych parametrach:

- Szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm), 1xblat roboczy stalowy lakierowany

proszkowo wysuwany z boku wózka, 1xzamek centralny, 1xuchwyt do prowadzenia

- WYKONANIE:- blat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami

wysokości 40 mm- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL prowadnice

szuflad z samodociągami, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący

wibracje

- podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm

- Wymiary szafki: 600x500x805 mm, wymiary powierzchni użytkowej szuflad:(przy wysokości frontów 2x97mm):

525x440x82 mm (przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm (przy wysokości frontów



2x175mm):  
525x440x150 mm [szerokość x głębokość x wysokość]

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający doprecyzowuje, że wózki wielofunkcyjne z poz. 11 i poz. 12 winny mieć taką samą wysokość.

**Pytanie 47 dot. części nr 2 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści stolik do rozłożenia leków z jednym bocznym uchwytem z profilu kwadratowego?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 48 dot. części nr 2 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z pojemnikiem na zużyte igły o pojemności 2,5l?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 49 dot. Załącznika nr 7 do SWZ-projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50 dot. Załącznika nr 7 do SWZ-projektowane postanowienia umowy**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

**Odpowiedź**

Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów.

**Pytanie 51 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje nóżki o wysokości 140mm regulowane w zakresie 20mm? – dotyczy l.p. 1

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 52 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje uchwyty do szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stali nierdzewnej. Uchwyt o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyty. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 1



**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 53 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu bez systemu blokady pozwalającej na wysunięcie tylko jednej szuflady? – dotyczy l.p. 1

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 54 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy, bez możliwości układania koszy jeden na drugim? – dotyczy l.p. 2, 3

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 55 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy wykonanych z prętu fi 5mm (krawędź górna, dolna) i fi 3mm (ściany boczne, pętle)? – dotyczy l.p. 2, 3

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 56 dot. części nr 1**

Biorąc pod uwagę, że kosz nie jest wyrobem medycznym, gdyż w swojej funkcjonalności nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował ten wyrób jako niemedyczny? Ofertowany wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia na podstawie atestu PZH – dotyczy l.p. 2, 3

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 57 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na 3 opakowania rękawiczek o wymiarach: 730x77x136mm? – dotyczy l.p. 4, 77

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 58 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy o wymiarze: 575x260x265mm? – dotyczy l.p. 6, 7, 8

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 59 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wieszaka na 6 par obuwia? – dotyczy l.p. 6, 8

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 60 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu o konstrukcji z profili zamkniętych 30x30x1,2mm? – dotyczy l.p. 11, 16, 17, 18, 19, 20

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 61 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu ciepłego z materiału typu Trespa? Oferowany materiał jest bardzo często stosowany przy tego typu stołach – dotyczy l.p. 11, 17, 18, 19

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 62 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że pisząc „stelaż wykonany ze stali min. 1.4301 (AISI304) o grubości blachy 1,5 - 2 mm” ma na myśli blat stołu czy może szafkę podblatową? Jeżeli chodzi o blat, to proszę o weryfikację zapisów w świetle dalszych informacji o blacie „ciepłym”? – dotyczy l.p. 11

**Odpowiedź**

Zamawiający doprecyzowuje, że grubość blachy dotyczy wykonania szafki podblatowej

**Pytanie 63 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w nóżki ze stali nierdzewnej, zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji celem wypoziomowania? – dotyczy l.p. 15

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 64 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu stołu o grubości 1,2mm? – dotyczy l.p. 15, 16, 17, 18, 19, 20

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 65 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie pokrywy bez obrzeża z gumy lub tworzywa sztucznego? – dotyczy l.p. 21, 22

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 66 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm, umieszczone na krótszych bokach? – dotyczy l.p. 25, 26

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 67 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w odboje boczne w postaci kraczków z tworzywa sztucznego umieszczonymi nad kołami? – dotyczy l.p. 25, 26

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 68 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez blokady otwartych drzwi? – dotyczy l.p. 25, 26

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 69 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach 960x680x1240mm? – dotyczy l.p. 26

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 70 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 34

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 71 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stolika z zagłębieniem blatu na 10 mm? – dotyczy l.p. 34

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 72 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych 660x670mm? – dotyczy l.p. 34

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 73 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych 870x570mm? – dotyczy l.p. 36

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 74 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu ciepłego z materiału typu Trespa? Oferowany materiał jest bardzo często stosowany przy tego typu zabudowach – dotyczy l.p. 42

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 75 dot. części nr 1**

Czy biorąc pod uwagę ilość haczyków, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału o wysokości 1800mm? – dotyczy l.p. 52

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 76 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje wieszak na obuwie o wymiarach: 570x180x300mm? – dotyczy l.p. 52

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 77 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje regał wyposażony w 16 par haczyków umieszczonych z dwóch stron regału (po 8 par z każdej strony regału)? – dotyczy l.p. 52

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że regał pomieści 32 pary obuwia

**Pytanie 78 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość kosza 265mm (w SIWZ 260mm)? – dotyczy l.p. 53, 54

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 79 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wieszak na 6 par obuwia? – dotyczy l.p. 53

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 80 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje regał z 4 półkami? – dotyczy l.p. 55, 78, 91

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 81 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje stelaż o wymiarach 400x510x710mm? – dotyczy l.p. 58, 80, 93

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 82 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z kółkami fi 80mm? – dotyczy l.p. 61

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 83 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach i zakresie regulacji 740x490x960/1370mm? – dotyczy l.p. 61

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 84 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych 1115x720mm? – dotyczy l.p. 67

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 85 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych 865x720mm? – dotyczy l.p. 68, 94

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 86 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu o konstrukcji z profili zamkniętych 30x30x1,2mm? – dotyczy l.p. 72, 73, 74

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 87 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy z drzwiami przeszkłonymi szkłem bezpiecznym (niehartowanym)? – dotyczy l.p. 72, 73, 74

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 88 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych: 440x700x1100mm (szerokość liczona z podstawą na butlę)? – dotyczy l.p. 83

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 89 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szuflady o wymiarach: wysokość zewnętrzna szylu szuflady - 150 mm (wewnętrzna - 110 mm)? – dotyczy l.p. 83

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 90 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blatem o wymiarach: 420x420mm? – dotyczy l.p. 83

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 91 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w podstawę na butlę z pełnej blachy (przedłużenie dolnej części wózka)? – dotyczy l.p. 83



**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 92 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobu o wymiarach zewnętrznych 1260x570mm (długość liczona bez stelaża z pokrywą)? – dotyczy l.p. 85,95

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 93 dot. części nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w dwa uchwyty do prowadzenia wykonane z rurki fi 20mm? – dotyczy l.p. 85, 95

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 94 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafy wyposażonej w drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym (niehartowanym)? – dotyczy l.p. 2, 15

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 95 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie szafy wyposażonej w półki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 2, 15

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 96 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie wózka wg poniższego opisu? – dotyczy l.p. 6

Wózek wielofunkcyjny

- wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- front szafki malowany proszkowo w kolorze RAL do ustalenia z Zamawiającym z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych

- szafka (wym.: szer. 650 mm x gł. 600 mm x wys. 720 mm) z 4 szufladami (wysokość frontów około: 3x160 mm, 1x240 mm)
- prowadnice szuflad z samodociągiem, front wyposażony w materiał wygłuszający – plaster miodu, minimalizujący vibracje, centralny zamek (dwa komplety kluczy w zestawie)
- 1 blat roboczy nierdzewny niemalowany wysuwany z boku wózka
- 2 odcinek szyny instrumentalnej
- 1 nadstawka z 11 pojemnikami (5+6 w dwóch rzędach)
- 1 dozownik rękawiczek jednorazowych
- 1 wieszak kroplówki (stała wysokość)
- 1 pojemnik na zużyte igły poj. 0,7l
- 1 pojemnik na cewniki
- 1 uchwyt do prowadzenia z przodu wózka
- uchwyty: do pojemnika na zużyte igły, do pojemnika na cewniki
- podstawa ze stali nierdzewnej z kółkami skrętnymi o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
- odporny na środki dezynfekcyjne
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- wymiary wózka bez nadstawki: 690x700x985mm
- wymiary blatu: 650x600 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 97 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wg poniższego opisu? – dotyczy l.p. 9  
Kozetka dwusekcyjna z regulacją zagłówka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Leże miękkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - zieleń medyczna. Tapicerka zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w szpitalach. W zagłówku otwór, ułatwiający oddychanie pacjenta podczas masażu w pozycji na brzuchu. Zagłówek regulowany ręcznie w zakresie od -30° do +45°. Dopuszczalne obciążenie: 160kg. Kozetka na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wysokość kozetki regulowana w zakresie 530-850 mm. Wymiary: 1950x680x530/850mm

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 98 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z frontem wykonanym z podwójnej blachy z wygłuszeniem (plaster miodu). Pozostałe ścianki pojedyncze. – dotyczy l.p. 11

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 99 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z blatem roboczym wysuwanym z boku szafki? – dotyczy l.p. 11

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 100 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z kółkami fi 100mm?. – dotyczy l.p. 11

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 101 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie wózka wg poniższego opisu? – dotyczy l.p. 12

Wózek wielofunkcyjny

- wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
- front szafki malowany proszkowo w kolorze RAL do ustalenia z Zamawiającym z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych
- szafka (wym.: szer. 650 mm x gł. 600 mm x wys. 720 mm) z 5 szufladami (równej głębokości)
- prowadnice szuflad z samodociągiem, front wyposażony w materiał wygłuszający – plaster miodu, minimalizujący vibracje, centralny zamek (dwa komplety kluczy w zestawie)
- 1 blat roboczy nierdzewny niemalowany wysuwany z boku wózka
- podstawa ze stali nierdzewnej z kółkami skrętnymi o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
- odporny na środki dezynfekcyjne
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- wymiary wózka: 690x700x985mm
- wymiary blatu: 650x600 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający doprecyzowuje, że wózki wielofunkcyjne z poz. 11 i poz. 12 winny mieć taką samą wysokość.

**Pytanie 102 dot. części nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje wózek wg poniższego opisu? – dotyczy l.p. 20

Wózek wielofunkcyjny

- wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
- front szafki malowany proszkowo w kolorze RAL do ustalenia z Zamawiającym z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych
- szafka (wym.: szer. 650 mm x gł. 600 mm x wys. 720 mm) z 3 szufladami (wysokość frontów około: 3x240 mm)
- prowadnice szuflad z samodociągami, front wyposażony w materiał wygłuszający – plaster miodu, minimalizujący wibracje, centralny zamek (dwa komplety kluczy w zestawie)
- 1 blat roboczy nierdzewny niemalowany wysuwany z boku wózka
- 2 odcinek szyny instrumentalnej
- 1 nadstawka z 11 pojemnikami (5+6 w dwóch rzędach)
- 1 koszyk na akcesoria 311x226x255mm
- 1x miska o pojemności 3l
- 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą
- 1 pojemnik na zużyte igły poj. 0,7l
- 1 uchwyt na butlę tlenową 5l
- 1 uchwyt do prowadzenia z przodu wózka
- uchwyty: na miskę, do pojemnika na zużyte igły, do worka na odpady ze stali kwasoodpornej
- podstawa ze stali nierdzewnej z kółkami skrętnymi o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
- odporny na środki dezynfekcyjne
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- wymiary wózka bez nadstawki: 690x700x985mm
- wymiary blatu: 650x600 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 103**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania nr 1, 2 do 8 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy? Proszę swoją uzasadniać ogólnoswiatową sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, która powoduje paraliż znacznej części sfer życia gospodarczego (w szczególności w branżach zajmujących się produkcją towarów i świadczeniem usług), który wpływa na brak systematycznych i terminowych dostaw podzespołów przez dostawców. Dodatkowo wiele firm boryka się z dużą absencją pracowników spowodowaną zachorowaniami na Covid-19 i odbywanymi kwarantannami. Wyżej wymienione czynniki powodują znaczne spowolnienie mocy produkcyjnych firm oraz zakłócenia łańcuchów dostaw.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie dokonuje stosownych zmian w SWZ oraz Ogłoszeniu o Zamówieniu oraz w Załączniku nr 1 Formularz Oferty i Załączniku nr 7 projektowane postanowienia umowy. W załączeniu obowiązujące brzmienie Załączników do SWZ.

**Pytanie 104 dot. części nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści parawan trzyczęściowy, mobilny opisany poniżej ?

„Trzyczęściowy parawan metalowy. Podstawa wyposażona w 3 kółka posiadające blokadę.

Wypełnienie – płyta PCV.

Szerokość całkowita: 282 cm

Szerokość jednego skrzydła: 94 cm

Wysokość: 165 cm

Głębokość: 48 cm

Grubość płyty PCV: 5 mm.”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 105 dot. części nr 2 poz. 2 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szafę bez dodatku jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 106 dot. części nr 2 poz. 2 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szkło przezroczyste, bezpieczne zbrojone folią ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 107 dot. części nr 2 poz. 2 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szafę wykonaną ze stali kwasoodpornej ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 108 dot. części nr 2 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści parawan opisany poniżej ?

„Parawan harmonijkowy siedmioskrzydłowy.

Stelaż z profilu aluminiowego lakierowany proszkowo na biało, wypełnienie stelaża stanowi biała płyta z tworzywa PC poliwęglan.

Podstawa stalowa lakierowana proszkowo, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą.

Dane techniczne:

- maksymalna wysokość całkowita: 1700 mm
- wymiar podstawy: 460x640 mm
- wymiary jednego skrzydła: 300x1500 mm
- ilość skrzydeł: 7 szt. maksymalnie
- szerokość w stanie złożonym: 460 mm
- szerokość w stanie rozłożonym: 2250 mm”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 109 dot. części nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac w kolorze czarnym ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 110 dot. części nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek z podgłówkiem o wym. 620 x 520 mm z regulacją w zakresie 0-65 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 111 dot. części nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w chromowane uchwyty do prowadzenia ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 112 dot. części nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 170 kg ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 113 dot. części nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na rolkę z podkładem o szer. 50 cm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 114 dot. części nr 2 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 750 x 2050 mm oraz regulacją wysokości w zakresie 560 - 960 mm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 115 dot. części nr 2 poz.5**

Czy w celu poprawy funkcjonalności Zamawiający będzie oczekiwał, aby zaoferowany wózek posiadał funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga ?

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający będzie oczekiwał funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

**Pytanie 116 dot. części nr 2 poz.9**



Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy opisany poniżej ?

„Stół trzyczęściowy: biały kolor stelaża, 4 regulowane stopki, pilot ręczny do elektrycznej regulacji wysokości, leże umożliwiające uzyskanie pozycji fotela.

Regulacja wysokości elektryczna za pomocą siłownika elektrycznego.

Wypożażenie: blat trzyczęściowy, otwór z zatyczką w podgłównku oraz w leżu.

Podgłównek regulowany sprężyną gazową, tylna część leża regulowana sprężyną gazową.

Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża, tapicerka skóropodobna.

Parametry techniczne:

Długość: 200 cm

Szerokość: 69 cm

Wysokość: 60 - 84 cm

Regulacja kąta nachylenia zagłównka: -60° - 45°

Waga: 96 kg

Dopuszczalne obciążenie (regulacja elektryczna): 150 kg

Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0° - 80°

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 117 dot. części nr 2 poz.11**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z szafką opisany poniżej ?



„Wózek wielofunkcyjny posiadający szafkę z lewej strony na 5 szuflad o równej wysokości, a z prawej strony szafka z drzwiczkami.

Wymiary wózka: 850x550x1000 mm.

Blat stalowy z pogłębieniem. otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm.

Podstawa stalowa z odbojami , wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (szare), w tym 2 z blokadą.

Dwa uchwyty do prowadzenia wózka na dwóch krawędziach.

Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL.

Prowadnice szuflad z samodociągiem, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego.

Szafka wyposażona w zamek, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłnący wilgoci.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający doprecyzowuje, że wózki wielofunkcyjne z poz. 11 i poz. 12 winny mieć taką samą wysokość.

**Pytanie 118 dot. części nr 2 poz.12**

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny opisany poniżej ?



„Wózek: Szafka z 5-szufladami (wysokość frontów: 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm),  
Błat z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm, jeden uchwyt do prowadzenia.

Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL.

Prowadnice szuflad z samodociągami, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje.

Podstawa stalowa w osłonie z tworzywa ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów.

Wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą.

Wymiary wózka: 670x570x1000 mm

Wymiary szafki: 600x500x805 mm

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający doprecyzowuje, że wózki wielofunkcyjne z poz. 11 i poz. 12 winny mieć taką samą wysokość.

#### **Pytanie 119 dot. części nr 2 poz.13**

Czy Zamawiający dopuści fotel opisany poniżej ?

„Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym.

Tapicerka bezszwowa, skóropodobna z możliwością wyboru koloru.

Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych.

Regulowane podłokietniki.

Długość: 140 cm

Szerokość: 66 cm

Dopuszczalne obciążenie: 180 kg

Waga: 70 kg

Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°

Regulacja kąta oparcia: 0 ° do 70°

Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

#### **Pytanie 120 dot. części nr 2 poz.17**

Czy Zamawiający dopuści wózek opisany poniżej ?

„Wózek składany krzyżakowo posiadający ramę stalową w kolorze granatowym.

Tapicerka nylonowa w kolorze czarnym. Podnóżki odchylane z regulacją wysokości.

Koła tylne pneumatyczne natomiast koła przednie pełne.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 130 kg.

Waga wózka 16,1 kg.

Długość 1120 mm.

Szerokość 565 mm.

Głębokość siedziska 450 mm.

Wysokość siedziska 510 mm.

Szerokość siedziska 390 mm.

Wysokość oparcia 420 mm.

Wysokość podnóżków w zakresie 370-440 mm.

Wysokość podłokietników 220 mm.”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 121 dot. części nr 2 poz.19**

Czy Zamawiający dopuści stół opisany poniżej ?

„Dwa blaty (4 tace) z przegródkami. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej.

Wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. Blat w formie 2 wyjmowanych tac, przegródki do leków z tworzywa sztucznego.

Wymiary całkowite:

szerokość 660 mm

głębokość 430 mm

wysokość 890 mm”

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 122 dot. części nr 3**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić Automat do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego z wyposażeniem, czyli pkt. 6 trzeciej części postępowania, w osobny pakiet?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 123 dot. części nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Automatu do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego z wyposażeniem (z OPZ cz. 3, pkt.6), który nie jest wyrobem medycznym a co za tym idzie nie posiada dokumentów wymaganych w tabeli w punkcie 9.1?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga aby automat do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego był wyrobem medycznym zgodnie z zapisem roz. 9 pkt. 1 ppkt 4).

**Pytanie 124 dot. części nr 3 poz. 5**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylizatora na suche gorące powietrze czy opisanej suszarki laboratoryjnej?

**Odpowiedź**

Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylizatora na suche gorące powietrze

**Pytanie 125 dot. części nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści sterylizator na suche gorące powietrze o poniższych parametrach:

- poj. 17 l
- obieg powietrza: grawitacyjny
- regulator PID
- 3 programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji(160,180,200)°C
- Ograniczenie nastawy minimalnego czasu sterylizacji różnego dla każdej temperatury (eliminacja pomyłki użytkownika)
- Programowo ustawiony czas martwy (zapewnienie osiągnięcia przez wsad temperatury zadanej)
- Program specjalny z możliwością ustawienia temperatury w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C co 0,1°C oraz czasu ekspozycji do 100 godzin
- Akustyczny alarm przy przekroczeniu zadanej temperatury o zadeklarowaną wartość  $\Delta T$
- Dokładność stabilizacji temperatury w osi środkowej komory  $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy
- Komora z blachy nierdzewnej
- 1 półka z perforowanej blachy nierdzewnej
- obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści sterylizator na suche gorące powietrze o opisanych parametrach z zaznaczeniem, że obieg powietrza w urządzeniu musi być wymuszony.

**Pytanie 126 dot. pkt. 9.1 SIWZ, ppkt. 4**

Czy Zamawiający uzna za równoważny przedstawiony w pkt. 9.1 SIWZ, ppkt. 4 wymóg dopuszczając:

- dla części 3, poz. 2 – PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 13485, deklaracja zgodności CE, certyfikat CE
- dla części 3, poz. 6 – PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001, deklaracja zgodności CE, certyfikat CE
- dla części 3, poz. 8, 9, 11, 13 – PN-EN ISO 9001:2015, deklaracja zgodności CE
- dla części 3, poz. 10, 12 – deklaracja zgodności CE potwierdzająca spełnienie PN-EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485: 2016, EN ISO 15883-1 2006 & EN ISO 15883-3 2009, certyfikat CE

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SWZ.

**Pytanie 127 dot. pkt. 9.1 SIWZ, ppkt. 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowo dla wszystkich urządzeń/produktów z części 3? Większość urządzeń/produktów przedstawiona w części 3 nie zawiera jonów srebra, wykonana jest ze stali nierdzewnej, bądź stali oraz tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w SWZ.

**Zamawiający dokonuje w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu następujących zmian:**

<b>W SWZ pierwotnym jest:</b>	<b>W SWZ powinno być:</b>
<b>6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b>	<b>6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b>
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: <b>do 6 tygodni od daty zawarcia umowy</b> – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4,5	Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: <b>do 8 tygodni od daty zawarcia umowy</b> – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4,5
<b>9. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYM ŚRODKACH DOWODOWYCH</b>	<b>9. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYM ŚRODKACH DOWODOWYCH</b>
3. Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego wystawiony przez podmiot uprawniony (dotyczy części nr 1,2,3,4,5) 4. dotyczy części nr 1,2,4 1) Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób; 2) Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 3) Certyfikat PN-EN ISO 13485:2016-04  <b>dotyczy części nr 3,5</b> 1) Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób; 2) Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10; 3) Certyfikat PN-EN ISO 13485:2016-04; 4) Certyfikat PN-EN ISO 14001; 5) Certyfikat PN-EN ISO 18001:2014	3. Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego wystawiony przez podmiot uprawniony (dotyczy części nr 1,2,4,5) 4. dotyczy części nr 1,2,3,4,5 1) Deklaracja zgodności/Certyfikat CE na wyrób;
16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia <b>2021-08-18</b> .	16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia <b>2021-08-23</b> .
<b>18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</b>	<b>18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</b>
Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia <b>2021-05-21</b> do godz. <b>11:00</b> .	Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia <b>2021-05-26</b> do godz. <b>11:00</b> .
<b>19. TERMIN OTWARCIA OFERT</b>	<b>19. TERMIN OTWARCIA OFERT</b>
19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <b>2021-05-21</b> o godz. <b>11:00</b> , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.	19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: <b>2021-05-26</b> o godz. <b>11:00</b> , za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.
<b>W ogłoszeniu pierwotnym jest:</b>	<b>W ogłoszeniu powinno być:</b>
<b>SEKCJA II – Przedmiot</b>	<b>SEKCJA II – Przedmiot</b>

<b>2.7.) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów</b> Okres w dniach: 42 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie	<b>2.7.) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów</b> Okres w dniach: 56 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
<b>SEKCJA IV- Procedura</b> <b>2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału</b> Data: 21/05/2021 Czas lokalny: 11:00  <b>2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą</b> Oferta musi zachować ważność do: 18/08/2021  <b>2.7) Warunki otwarcia ofert</b> Data: 21/05/2021 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Siedziba Zamawiającego Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Za pośrednictwem platformy: <a href="https://e-propublico.pl">https://e-propublico.pl</a>	<b>SEKCJA IV- Procedura</b> <b>2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału</b> Data: 26/05/2021 Czas lokalny: 11:00  <b>2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą</b> Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2021  <b>2.7) Warunki otwarcia ofert</b> Data: 26/05/2021 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: Siedziba Zamawiającego Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Za pośrednictwem platformy: <a href="https://e-propublico.pl">https://e-propublico.pl</a>

Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownych zmian w Załączniku nr 1 do SWZ- Formularz Oferty, Załączniku Nr 3- Opis Przedmiotu Zamówienia, Załączniku Nr 7 projektowane postanowienia umowy

Zamawiający informuje, iż w wyniku dopuszczonych zmian dokonał stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy PZP udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

**W imieniu Zamawiającego**