



oznaczenie sprawy: AZP-261-04/2025

Zamawiający:

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
02-093 Warszawa.
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) dalej jako „Pzp”.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości powyżej 663 105,00 zł, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn. **System do wielospektralnego obrazowania fluorescencji i bioluminescencji**, znak sprawy: **AZP-261-04/2025**.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w dniu 19.02.2025 r. dotyczące treści SWZ Zamawiający udziela, na podstawie art. 135 Pzp, odpowiedzi jak niżej.

Pytanie:

„(...) Dotyczy cz.I: Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostarczane z modulem anestezji z waporyzatorem do izofluranu, bez obsługi sewofluranu? (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści zaproponowanego w pytaniu urządzenia. Zamawiający podtrzymuje wszystkie wymagania określone w SWZ. W szczególności zgodnie z pkt 20 Załącznika 2.1 do SWZ Zamawiający wymaga, aby moduł anestezjologiczny zawierał "waporyzator (Zakres stężeń -Izofluran: 0-5%; Sewofluran: 0-8%)". Zamawiający wyjaśnia, że ww. wymaganie jest podyktowane potrzebami naukowo-badawczymi Zamawiającego. W szczególności ze względu na odmienną charakterystykę i właściwości gazów moduł musi posiadać możliwość dostarczenia zarówno sewofluranu jak i izofluranu.

Udzielone wyjaśnienia są dla wszystkich Wykonawców wiążące. Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie został przedłużony. Czas pozostający do składania ofert jest wystarczająco długi na przygotowanie ofert.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU

