

Pilchowice, 18.11.2022 r.

Zamawiający:

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice**

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) pn. "Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, odczynników, środków opatrunkowych i dezynfekujących dla Szpitala w Pilchowicach"

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.1 dopuści zaoferowanie szczoteczki o długości 1200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2:

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.2 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm, szerokość rozwarcia łyżeczek 4-5 mm, pokrywanych polietylenem, sterylizowanych tlenkiem etylenu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3:

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.4 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm, szerokość rozwarcia łyżeczek 8,0 mm, pojemność łyżeczek 9,5 mm³, sterylizowanych tlenkiem etylenu, opakowanie zbiorcze 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4.5 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 110 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkty z Części 12 poz. 20 i 21 i czy dopuści: Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 30x34cm, chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego, gamatura chusteczek 70g/m², ilość chusteczek w rolce 100szt, rolki pakowane po 1 szt. Możliwość nasączenia preparatami na bazie alkoholu jak i bezalkoholowymi, zwój zapakowany w jednorazowy worek, przed włożeniem do wiaderka należy rozpakować zwój. Oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące? lub Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 18x25cm, chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego, gamatura chusteczek 70g/m², ilość chusteczek w rolce 300szt, rolki pakowane po 1 szt. Możliwość nasączenia preparatami na bazie alkoholu jak i bezalkoholowymi, zwój zapakowany w jednorazowy worek, przed włożeniem do wiaderka należy rozpakować zwój. Oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie części produktów z części 12.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 14 poz. 7 i czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? lub Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji skóry, na bazie 70% alkoholu izopropylowego i 0,5% chlorheksydyny, rozmiar chusteczki 5x6cm, pakowane po 500szt. w plastikowy pojemnik dozujący? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie części produktów z części 14 oraz na zaproponowany rodzaj gazików.

Pytanie nr 8:

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu

płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 8 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zapisów umownych w § 7 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 3 do umowy – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 9:

Część 1, poz. 1.10

- Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem zakończony ściągaczem?
- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
- Czy zamawiający dopuści wiązanie w pasie i wiązany przy szyi?
- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10:

Część 1, poz. 1.9

- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga łącznie 100 szt fartuchów foliowych.

Pytanie nr 11:

Część 1, poz. 1.11 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m²? Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ odnośnie gramatury. Zamawiający dopuszcza wycenę mniejszych opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 12:

Część 1, poz. 1.21 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Część 1, poz. 1.6,1.9-1.11, 1.21-1.22, 1.28,1.38—1.39,1.60-1.61,1.81-1.82, 1.84-1.87 Czy zamawiający wydzieli poz. 1.6,1.9-1.11, 1.21-1.22, 1.28,1.38—1.39,1.60-1.61,1.81-1.82, 1.84-1.87 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie proponowanych pozycji.

Pytanie nr 14:

Część 1, poz. 1.81 Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt o skali rozszerzonej.

Pytanie nr 15:

Część 14, poz.14.1-14.3, poz. 14.11-14.15,14.24 Czy zamawiający wydzieli poz.14.1-14.3, poz. 14.11-14.15,14.24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli proponowanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 16:

Część 14, poz. 14.24 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający wymaga opatrunków włókninowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści i wymaga opatrunku włókninowego.

Pytanie nr 17:

Pakiet 15:

Czy Zamawiający pisząc o „podwójnym identyfikatorze wilgotności” ma na myśli indykator klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza podany identyfikator wilgotności.

Pytanie nr 18:

Pakiet 15:

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca powinien zastosować obowiązującą stawkę podatku VAT czyli w przypadku asortymentu obejmującego pakiet 15 będzie to stawka 5% ? Wykonawca poprawi formularz cenowy w stosunku do stawki VAT własnoręcznie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązującą stawką VAT jest 5%.

Pytanie nr 19:

Pakiet 15:

Prosimy Zamawiającego o określenie szacunkowych ilości na 12 miesięcy w tym pakiecie, Zamawiający nie określił w cenniku oczekiwanych ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 15.1 oczekuje 20 opakowań po 30szt. W pozycji 15.2 oczekuje 20 opakowań po 30szt.

Pytanie nr 20:

Część 1, pozycja 1.7

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 4,26m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 21:

Część 1, pozycja 1.7

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 7,62m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 22:

Część 1, pozycja 1.8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 23:

Część 1, pozycja 1.13

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz j.u. 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 24:

Część 1, pozycja 1.43

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Pytanie nr 25:

Część 1, pozycja 1.60, 1.61

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje takiego przyrządu.

Pytanie nr 26:

Część 1, pozycja 1.60, 1.61

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 27:

Część 1, pozycja 1.60, 1.61

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje takiego przyrządu.

Pytanie nr 28:

Część 1, pozycja 1.60

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 29:

Część 1, pozycja 1.85

Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne pakowane pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 30:

Część 1, pozycja 1.90

Czy zamawiający dopuści żel do znieczulenia błon śluzowych o pojemności 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 31:

Część 1, pozycja 1.90

Czy zamawiający dopuści żel do znieczulenia błon śluzowych w opakowaniu jednostkowym papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 32:

Część 1, pozycja 1.90

Czy zamawiający dopuści wycenę żelu do znieczulenia błon śluzowych w opakowaniu a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 33:

Część nr 1, pozycja 1.6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 34:

Część nr 1, pozycja 1.9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 35:

Część nr 1, pozycja 1.9

Czy Zamawiający ma na myśli 100szt fartucha czyli 1 opakowanie, czy też 100opakowań po 100szt?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 1 opakowania zawierającego 100szt.

Pytanie nr 36:

Część nr 1, pozycja 1.11

Czy Zamawiający ma na myśli 3600szt fartucha czyli 360opakowań, czy też 3600opakowań po 10szt?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli 380 opakowań po 10szt.

Pytanie nr 37:

Część nr 1, pozycja 1.11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 38:

Część nr 1, pozycja 1.45

Czy Zamawiający dopuści podkład na leżankę w rolce o wymiarach 50cm x 50m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 39:

Część nr 1, pozycja 1.45

Czy Zamawiający dopuści podkład na leżankę w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 40:

Część nr 1, pozycja 1.45

Czy Zamawiający dopuści podkład na leżankę w rolce o wymiarach 51cm x 40m z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 41:

Część nr 1, pozycja 1.59

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 42:

Część nr 14, pozycja 14.21

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Część nr 14, pozycja 14.21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Część nr 14, pozycja 14.21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Część nr 14, pozycja 14.21 -14.23

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a 5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Część nr 14, pozycja 14.24-14.25

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Część nr 14, pozycja 14.26

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Część nr 14, pozycja 14.27

Czy Zamawiający dopuści przyklepiec hypoalergiczny przeźroczysty o długości 9,14m z przeliczeniem podanych ilości na 79 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 49:

Część nr 14, pozycja 14.27

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

Dla poz. 17.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce:

- pojemnik o łącznej objętości 60 ml
- objętość formaliny w pojemniku 20 ml
- technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie
- wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu.

Wyrażenie zgody na rozwiązanie w pełni równoważne (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych cenowo

ofert przy zachowaniu najważniejszego parametru – brak narażenia na ekspozycję oparów formalinowych.

Prośbą również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorcze po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 48 szt. x 12 op.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 51:

część nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Filtr antybakteryjny/antywirusowy ze zintegrowanym spłaszczonym ustnikiem i klipsem na nos do badań spirometrycznych o następujących parametrach:

1. Przestrzeń martwa filtra 88,38 ml
2. Efektywność filtracji antybakteryjnej, testowana przez laboratorium badawcze > 99,999 % (potwierdzone stosownym dokumentem z badań, załączyć),
3. Efektywność filtracji antywirusowej, testowana przez laboratorium badawcze > 99,999 % (potwierdzone stosownym dokumentem z badań, załączyć),
4. Rezystancja przepływu testowana przez laboratorium badawcze przy 30l/s < 0,35 cm H₂O/l/s
5. Dokumenty Producenta potwierdzające skuteczność filtracji cząsteczek koronawirusa SARS- CoV-2 (załączyć do oferty),
6. Średnica wewnętrzna od strony spirometru = 30,5 mm
7. Wyprofilowany ustnik od strony pacjenta z małym kołnierzem do zagryzienia
8. Dwukolorowe oznaczenie stron filtra aparat-pacjent
9. Klips jednorazowy w komplecie z ustnikiem, wykonany z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52:

część nr 21

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samo napełniającą się komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji. Okres przydatności: min. 4 lata od momentu produkcji. Układ z czasem użytkowania przez 7 dni od momentu otwarcia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53:

poz. 2, 3, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli donosowej do terapii tlenowej HFNC dostosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi, wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta: rozmiary -S, M, L. Kaniula z czasem użytkowania przez 7 dni od momentu otwarcia

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54:

Dot. termin składania ofert

Z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w celu skompletowania ofert od producentów/dystrybutorów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikacją SWZ z dnia 15.11.2022 r. zmienił termin składania ofert na dzień 24.11.2022 r., godz. 11:00.

Pytanie nr 55:

Część nr 12, poz. 7

W związku z wycofaniem opisanego preparatu prosimy o dopuszczenie preparatu typu Desderman Care na bazie substancji czynnej: Etanol 83,7g/100g. Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Innowacyjna formuła substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E), testowany dermatologicznie. nie zawiera substancji barwiących i zapachowych. higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) - 90 sek. Spektrum działania : B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Adeno, Polio, Noro, Rota). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Część nr 12, poz. 17

W związku z aktualizacją dokumentacji technicznej preparatu opisanego w w/w pozycji, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania produktu typu Sekusept Plus posiadającego trwałość roztworu gotowego do użycia do 24 godzin. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Dot. wzoru umowy § 3, ust. 8

Prosimy o modyfikację zapisów umowy na następujący:

„8.W przypadku braku towaru przekraczającegodni roboczych (wg formularza oferty) od daty otrzymania zamówienie podstawowego Zamawiający ma prawo zakupu towaru u innego dostawcy oraz do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 58:

Dot. wzoru umowy § 3, ust. 8

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych w przypadku dokonania zakupu zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy w powyższym zakresie.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 3 do umowy – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 59:

Dot. wzoru umowy § 3, ust. 12 lit. b

Prosimy o modyfikację zapisów umowy na następujący:

„b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami po akceptacji obu stron, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto (dla danego zadania) należnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w powyższym zakresie. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 3 do umowy – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 60:

Dot. wzoru umowy § 6, ust. 6

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w przypadku reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61:

Dot. umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów zawartych we wzorze umowy na ww.

Pytanie nr 62:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4, poz. 1 szczoteczek cytologicznych bronchoskopowych jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, długość robocza 1000 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 63:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4, poz. 2 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, wersja z igłą i bez igły, wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, krawędzie ząbkowane, osłonka ograniczająca tarcie wewnątrz kanału roboczego bronchoskopu, długość narzędzia 1000 mm, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8 mm, 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma, 2 naklejki z numerem produktu i datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 64:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4, poz. 3 uniwersalnej, jednorazowej dwustronnej szczoteczki do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych, zakończone atraumatyczną kulką ograniczającą możliwość uszkodzenia kanału roboczego endoskopu, pasuje do endoskopów o średnicach kanałów roboczych 2.0 – 4.2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 65:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4, poz. 4 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, wersja z igłą i bez igły, wykonane

z wysokiej jakości stali szlachetnej, krawędzie ząbkowane, osłonka ograniczająca tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, długość narzędzia 1600 mm, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2.4 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm, 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma, 2 naklejki z numerem produktu i datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 4, poz. 5 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, wersja z igłą i bez igły, wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, krawędzie ząbkowane, osłonka ograniczająca tarcie wewnątrz kanału roboczego endoskopu, długość narzędzia 1600 mm, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma, 2 naklejki z numerem produktu i datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67:

Pytanie 1 dotyczy - Część nr 4, poz. 4.2 i 4.4 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych z osłonką z polietylenu zwyczajowo nazywanego teflonem z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia?
Teflon® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy DuPont.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Część nr 4, poz. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie narzędzi z 3 naklejkami zawierającymi nazwę produktu oraz numer LOT z datą ważności umieszczoną bezpośrednio na opakowaniu zarówno zbiorczym jak i indywidualnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

Część nr 4, poz. 4.5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych;
osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

Część nr 4, poz. 4.5 – w związku z tym, że szczypce biopsyjne sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk prosimy o zwiększenie wymaganej ilości do 20 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71:

Pytanie dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 3 do SWZ) – oraz opisu przedmiotu zamówienia części 4 i 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary w paragrafie 7 ustęp 1 do 2% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższych zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 72:

Cześć 12 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ przeznaczonego do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol 72,5g/100g produktu) oraz 7,5g/100g produktu alkohol izopropylowy. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydydny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 s, chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS).
Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 73:

Cześć 12 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ na bazie 72,5g alkoholu etylowego i 7,5g alkoholu izopropylowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74:

Cześć 12 poz.15

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ na bazie 72,5g alkoholu etylowego i 7,5g alkoholu izopropylowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 75:

W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta odczynnika do Kreatyniny w opakowaniach 2x125ml, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 18.9 Kreatyniny 2- składnikowej Jaffe w opakowaniach 3x30ml + 3x30ml firmy Spinreact z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 76:

W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta f. Greiner odczynnika do Białka w moczu i płynów z jam ciała w opakowaniach 2x50ml, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 18.10 Białko w moczu i płynie z jam ciała w opakowaniach 6x30ml firmy Spinreact z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 77:

W związku z zaprzestaniem produkcji przez producenta f. Greiner Kontroli do białka w moczu na dwóch poziomach (2x5ml) czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 18.14 Kontroli na jednym poziomie w opakowaniach 1x5ml firmy Spinreact z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 78:

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 18.22 formularza asortymentowo-cenowego zestawu akcesoriów do stacji uzdatniania wody do produkcji wody dejonizowanej w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu Zamawiającego (1 zestaw to 1 komplet)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Ponadto, Zamawiający informuje o modyfikacji treści SWZ poprzez modyfikację treści załącznika nr 3 do SWZ – wzorów umowy, które otrzymują brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.

ZATWIERDZONO:

DYREKTOR

Lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska

Załączniki:

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Asortymentowo - Cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ – wzory umowy