

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenu dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach"** – znak sprawy **29/ZP/2021/K.**

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Zapytanie nr 3**

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy: Część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sukcesywną wymianę obecnie dzierżawionych koncentratorów tlenu?

#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający w SOPZ postawił warunek, aby w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy Wykonawca dostarczył całą pulę koncentratorów zgodnie z deklaracją dotyczącą ich wieku.

Zgodnie z par. 4 pkt 5 i pkt. 18 Wykonawcy (obecny i następny) mają skoordynować wymianę koncentratorów.

Sposób koordynacji i rozliczenia pozostaje do ustalenia między Wykonawcami, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający w sumie zapłaci za ilość osobodni wynikającą z rozliczenia miesięcznego.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy: Załącznik nr 2.2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz Opis zaoferowanego przedmiotu dzierżawy koncentratorów tlenu

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: „Dodatkowe wymagania Wykonawcy względem Użytkownika wliczone w cenę umowy: Kontrola serwisowa u każdego Użytkownika: raz na 6 miesięcy Dostawa nowych przewodów nosowych krótkich o dł. min. 2m: raz na 6 miesięcy – 1 szt. Dostawa nowych przewodów nosowych długich o dł. min. 10m: raz na 6 miesięcy – 1 szt. Wymiana filtra powietrza (przeciwpyłowego): raz na 6 miesięcy Wymiana filtra przeciwbakteryjnego: raz na 6 miesięcy Zapewnienie dodatkowych zbiorników na wodę do nawilżania tlenu (nawilżaczy) w przypadku uszkodzenia przez Użytkownika: maksymalnie 1 na rok kalendarzowy na 1 Użytkownika.” i dopuści: „Dodatkowe wymagania Wykonawcy względem Użytkownika wliczone w cenę umowy: Kontrola serwisowa u każdego Użytkownika: raz na 12 miesięcy Dostawa nowych przewodów nosowych krótkich o dł. min. 2m: raz na 12 miesięcy – 2 szt. Dostawa nowych przewodów nosowych długich o dł. min. 10m:

raz na 12 miesięcy – 2 szt. Wymiana filtra powietrza (przeciwpyłowego): raz na 12 miesięcy Wymiana filtra przeciwbakteryjnego: raz na 12 miesięcy Zapewnienie dodatkowych zbiorników na wodę do nawilżania tlenu (nawilżaczy) w przypadku uszkodzenia przez Użytkownika: maksymalnie 1 na rok kalendarzowy na 1 Użytkownika.”

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 29.11.2019r. nie jest określona częstotliwość wymaganych przeglądów w zakresie realizacji świadczeń tlenoterapii domowej - przeglądy aparatów wykonywane są według zaleceń producentów. Zgodnie z zaleceniami producenta serwis aparatów co 12 miesięcy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

W SOPZ w punkcie „Dodatkowe wymagania Wykonawcy względem Użytkownika wliczone w cenę umowy” Zamawiający dopuści:

- Kontrola serwisowa u każdego Użytkownika: raz na 12 miesięcy
- Dostawa nowych przewodów nosowych krótkich o dł. min. 2m: raz na 12 miesięcy – 2 szt.
- Dostawa nowych przewodów nosowych długich o dł. min. 10m: raz na 12 miesięcy – 2 szt.
- Wymiana filtra powietrza (przeciwpyłowego): raz na 12 miesięcy
- Wymiana filtra przeciwbakteryjnego: raz na 12 miesięcy
- Zapewnienie dodatkowych zbiorników na wodę do nawilżania tlenu (nawilżaczy) w przypadku uszkodzenia przez Użytkownika: maksymalnie 1 na rok kalendarzowy na 1 Użytkownika.

wówczas Zamawiający dodatkowo wymaga aby podczas dostawy koncentratora do pacjenta Wykonawca dostarczył:

- nowe przewody nosowe krótkie o dł. min. 2m: w ilości 2 szt
- nowe przewody nosowe długie o dł. min. 10m: w ilości 2 szt.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa  
Danuta Markłowska