

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa produktów leczniczych II dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."

Numer referencyjny: 25/25PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 pasków testowych z możliwością pomiarów w próbkach krwi włośniczkowej, żyłnej i noworodkowej. Pomiary z krwi tętniczej w praktyce nie są wykonywane ze względu na trudność w przeniesieniu takich próbek bezpośrednio do paska testowego. (W przypadku wszystkich istniejących pasków do glukometrów próbka krwi musi być наносzona bezpośrednio na pasek, bez pośrednictwa jakichkolwiek pojemników. Przenoszenie próbki krwi do pojemnika i pobieranie próbki z pojemnika w celu wykonania pomiaru za pomocą glukometru skutkuje uzyskaniem zafałszowanego wyniku pomiaru.)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w Pakiecie nr 5 poz. 12 Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kaps. – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

