

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 1 i 2 z Pakietu 5 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu, bądź alternatywnie o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu 5. Asortyment zawarty w pozostałych pozycjach pakietu stanowią odczynniki chemiczne i barwniki, nie jest w żaden sposób powiązany z testami immunochromatograficznymi wyspecyfikowanymi w poz. 1 i 2. Pozostawienie tego asortymentu bez wydzielenia lub możliwości składania ofert na poszczególne pozycje pakietu ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, co spowoduje wzrost cen ofert przetargowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy w Pakiecie 5 poz. 1 Zamawiający dopuści test konfekcjonowane w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

3. Czy w Pakiecie 15 poz. 2 Zamawiający dopuści test do wykrywania RSV i adenowirusa o następującej swoistości: Adenowirus: 99,1%; RSV: 98,0%, przy czym swoistość dla wirusa RSV została wyznaczona względem metody RT-PCR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy w Pakiecie 15 poz. 4 Zamawiający dopuści test wykrywający przeciwciała heterofilne mononukleozy zakaźnej, konfekcjonowany w op. x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań, oraz osobny test do wykrywania VCA p18 jako odrębną pozycję w ilości równoważnej testowi wykrywającemu

12

przeciwiała heterofilne mononukleozy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy w Pakiecie 15 poz. 9 Zamawiający dopuści test o wykrywalności toksyny A na poziomie 2 ng/ml i toksyny B – 7ng/ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w Pakiecie 15 poz. 10 Zamawiający dopuści test do wykrywania rota-, adeno- i norowirusów o następujących parametrach: czułość: Norowirus >99,9%; Rotavirus - 97,3%, Adenowirus - 95,2%, swoistość: Norowirus - 98,1%; Rotavirus - 97,1%; Adenowirus - 97,7%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w Pakiecie 15 poz. 12 Zamawiający dopuści test do wykrywania Giardia lamblia o czułości 95,10% i swoistości 97,7% wyznaczonych względem metody mikroskopowej, konfekcjonowany w opakowaniach x 10 testów, po odpowiednim przeliczeniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy w Pakiecie 15 poz. 13 i 14 Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane w opakowaniach x 10 szt. – p przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło