

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-03 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 44 zestawu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia IPC do kardiomonitora Infinity Delta ze zintegrowanym zamkniętym systemem do pobierania próbek krwi. Zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową z minimalną przestrzenią zalegania dł. 195cm (180cm + 15cm linie ciśnieniowe + kranik trójdrożny ze zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek krwi z antybakteryjną powłoką z jonami srebra), z wbudowaną w system strzykawką aspiracyjną zapewniającą powrót krwi do pacjenta, przetwornik z systemem płuczającym 3ml/h z dwoma możliwościami przepłukiwania. Linia płuczająca z suwakową klemą do czasowych przerw w infuzji zakończona biuretą z filtrem cząstkowym. Zestaw kompatybilny z kablami typu Hospira, ICU, Abbott poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy „RJ”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga przetworników do pomiaru ciśnienia u noworodków. Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z przetwornikiem i płuczką 30ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi SafeSet - pojedyncza linia ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 3ml do odciągania krwi i portem bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3 ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Biureta zabezpieczona filtrem. Dwa kraniki trójdrożne na linię. Długości linii ciśnieniowych 121 cm. Częstotliwość własna przetwornika >200, kompletnej linii >45. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem; W zestawie dodatkowa strzykawka luer lock 10 ml do poboru próbek, wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylne, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Do każdego zestawu dołączona jednorazowa nasadka na port bezigłowy, zabezpieczona koreczkiem, pakowana pojedynczo.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

