

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w powyższym postępowaniu.

Pytanie 1 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie 1 poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja testowa była umieszczona warstwowo, odwzorowując tym samym faktyczne zanieczyszczenia organiczne znajdujące się na narzędziach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie 1 poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga aby uchwyt był w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – do opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie 1 poz. 3)

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wskaźniku nadrukowany był typ wskaźnika?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby na każdym wskaźniku nadrukowany był typ wskaźnika.

Z-ca Dyrektora
lek. med. Lech Litwin (-)