

EP.26.36.2022

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2022 r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „**Dostawa stymulatorów i kardiowerterów, defibrylatorów serca z elektrodami**” – sprawa nr EP/75/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawa stymulatorów i kardiowerterów, defibrylatorów serca z elektrodami**” – sprawa nr EP/75/2022, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku od towarów i usług (VAT)? (dot. §2 ust. 4 oraz §8 ust. 2)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3 ust. 5)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §3 ust. 9,10)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tym, samym par. 3 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany sprzętu na nowy na pół roku przed upływem terminu ważności sprzętu w depozycie. Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu sprzętu, któremu upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności sprzęt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”.

4. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

5. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od dnia zgłoszenia o braku lub wadzie” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, przy czym za opóźnienie uznaje się zarówno niedostarczenie sprzętu w terminie, jak również dostarczenie towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty wynagrodzenia,

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty wynagrodzenia,

4) niewypełnienie obowiązku opisanego w § 3 ust. 19 w wysokości 250.00 zł.

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłoki w przystąpieniu do naprawy urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 13 pkt 1) w wysokości 50.00 zł, za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego sprzętu

2) przekroczenie czasu odpowiedzi na reklamację w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 13 pkt 2), w wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu podlegającego reklamacji określonego w Umowie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu podlegającego reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

7. Dotyczy pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4 introducerów z rozrywalną koszulką 6-11; przewodnik drutowy 0.038" dł. 50 cm - wykonany ze stali


nierdzewnej; igła punkcyjna 18 G -70 mm; rozszerzadło naczyniowe 17 cm wykonane z HDPE, koszulka introduktora 13,5 cm wykonana z PTFE, strzykawka 10 ml.

Odpowiedź: TAK

8. Dotyczy pakietu nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 38 poz. 1 elektrod do czasowej stymulacji serca, 2-biegunowych, z miękką, atraumatyczną, zagiętą końcówką umożliwiającą łatwe wprowadzanie do serca. Elektrody dostępne są w średnicach 5F i 6F. Długość elektrody 120cm.

Poniżej dostępne 4 krzywizny elektrod:




Odpowiedź: TAK

9. Prosimy o doprecyzowanie, czy w zadaniu nr 5 przedmiotem zamówienia są kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z elektrodami, czy stymulatory jednojamowe z elektrodami? 2) Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie

wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.


DYREKTOR
...Robert Mazur.....

Sporządził: Marta Leoniak

