

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup i dostawę karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Pytanie dot. Transporter noszy głównych:

W związku z ogłoszonym postępowaniem, pytamy się Zamawiającego czy za spełnienie parametru: „System zabezpieczający transporter przed złożeniem i opadaniem w dół, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się o podstawę (stół medyczny) a zwolniona jest blokada przedniej goleni”, uzna rozwiązanie w postaci systemu bezpieczeństwa polegającego na dodatkowej blokadzie składania goleni transportera do wjazdu, bez jej uruchomienia nie jest możliwe złożenie goleni do wjazdu do ambulansu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

*Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk /-/*