

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 9

Poz. 1, 2

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

***Odpowiedź Zamawiającego:***  
***Zamawiający nie wyraża zgody.***  
Pakiet 22

Poz. 3, 4

Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

***Odpowiedź Zamawiającego:***  
***Zamawiający nie wyraża zgody.***  
Pakiet 23

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

***Odpowiedź Zamawiającego:***  
***Zamawiający nie wyraża zgody.***  
Pakiet 25

Poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, czy na pewno chodzi o czujniki wielorazowego użytku.

***Odpowiedź Zamawiającego:***  
***Czujniki jednorazowe.***

Poz. 1, 2

Prosimy o podanie, czy czujniki będą wpinane do kabla przedłużającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Tak**

Pakiet 34

Poz. 13, 14

Prosimy o wydzielenie poz. 13 i 14 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 47

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika saturacji typu klips na palec z kablem o długości 3 m, przeznaczonego dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg lub dla dzieci w przedziale wagowym od 10 do 40 kg do wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga długości 3m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 48

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika saturacji typu klips na palec z kablem o długości 3 m, przeznaczonego dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg lub dla dzieci w przedziale wagowym od 10 do 40 kg do wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga długości 3m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Poz. 3, 4

Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla połączeniowego o długości 2,5 m

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 49

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**  
Pakiet 50

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika saturacji typu klips na palec z kablem o długości 3 m, przeznaczonego dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg lub dla dzieci w przedziale wagowym od 10 do 40 kg do wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga długości 3m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**  
Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla połączeniowego o długości 2,5 m

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**  
Poz. 4

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**  
Pakiet 52

Poz. 11

Prosimy o wydzielenie poz. 11 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**  
Pakiet 53

Poz. 1, 7, 8

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 20 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 59

Poz. 1



Prosimy o dopuszczenie czujnika saturacji typu klips na palec z kablem o długości 3 m, przeznaczonego dla dorosłych o wadze powyżej 40 kg lub dla dzieci w przedziale wagowym od 10 do 40 kg do wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet 70

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 88

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie pozycji:

6) Czujnik temperatury F&P do nawilżacza MR850 o dł.1,5m

6) Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu wdechowym w układzie oddechowym z nawilżacza F&P MR 850 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet 91

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie ramienia 25-35 cm szer. 14,5 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie mankietu o obwodzie ramienia 34-47 cm szer. 17,5 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pakiet 96

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika w kolorze białym

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie SIWZ.**

Pakiet 98

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach 25-35 cm i 34-47 cm

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

Pakiet 106

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujnika w kolorze białym

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

Pakiet 133

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach 25-35 cm i szerokości 14,5 cm

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarach 34-47 cm i szerokości 17,5 cm

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

