

EP.26.29.2023

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2023 r.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „Usługę prania bielizny szpitalnej, czipowanie pościeli oraz pranie odzieży roboczej”, nr sprawy: EP/25/2023.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Usługę prania bielizny szpitalnej, czipowanie pościeli oraz pranie odzieży roboczej” – **sprawa nr EP/25/2023**, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Dotyczy treści SIWZ:**

1. Zał. Nr 2 do swz pkt 1.2: w związku z tym, że Zamawiający wymaga stosowania systemu RFID UHF prosimy o odstąpienie od zgodności z normą ISO 15693, ponieważ norma ta nie dotyczy tak wysokich częstotliwości.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

2. zał. Nr 2 do swz pkt 1.1.6: czy Zamawiający udostępni Wykonawcy edytowalną listę oznakowanego w systemie RFID UHF asortymentu zawierającą: nazwę asortymentu wraz z niepowtarzalnym kodem RFID UHF.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni listę.

3. zał. Nr 2 do siwz pkt 2.2: Prosimy o odstąpienie od wymogu dwóch tuneli pralniczych. Ilość urządzeń zainstalowanych w pralni wpływa jedynie na wydajność, nie na jakość i skuteczność realizowanej usługi. Ilości asortymentu deklarowane do prania przez zamawiającego stanowią około 10% możliwości wydajnościowych jednego tunelu pralniczego na jednej zmianie. Zapewniamy, że ilości te pozwalają bezpiecznie zrealizować usługę przy wykorzystaniu jednego tunelu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

4. zał. Nr 2 do siwz pkt 2.2: biorąc pod uwagę, że zamawiający wymaga, aby środki piorące i dezynfekujące były przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania agregatu do czyszczenia chemicznego. Czyszczenie chemiczne jak sama nazwa wskazuje, jest to proces jedynie czyszczenia, usuwania zabrudzeń, nie gwarantujący procesu dezynfekcji. Żaden z dostępnych rozpuszczalników chemicznych, ani detergentów nie posiada pełnego spektrum działania dezynfekcyjnego przeciwko B, F, Tbc, V i S. Ponadto asortymenty stosowane w szpitalu dostosowane są do prania dezynfekcyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (to nie jest ten zapis zał. 2 do swz pkt 2.2. jakaś pomyłka pytającego)

5. Czy w przypadku braku zgody na odstąpienie od wymogu posiadania agregatu chemicznego, Zamawiający dopuści alternatywną technologię dla czyszczenia chemicznego, technologią zwaną wetcleaning? Technologia „czyszczenia na mokro” pozwala na czyszczenie asortymentów oznaczonych

literką P w wodzie. Oznacza to, że proces przebiega w wodzie, a prany asortyment osiąga lepszy efekt higieniczny niż asortyment czyszczony chemicznie. W wybranych przypadkach, pozwala na zastosowanie płynu dezynfekcyjnego oraz wyższej temperatury, co zapewnia poprawny efekt higieniczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszczamy alternatywnej technologii.

6. zał. Nr 2 do siwz pkt 2.4.5: Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma wpływu na jakość bielizny operacyjnej Zamawiającego, a jedynie na proces jej prania, prosimy o dodanie do zapisu: „...bielizna operacyjna nie może pozostawiać pyłów na narzędziach i aparaturze medycznej...” słów „**o ile spełnia wymagania normy PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, a ilość cykli jej prania nie przekracza ilości cykli określonych przez jej producenta.**”

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

7. zał. Nr 2 do siwz pkt 2.4.6: Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma wpływu na warunki i procedury panujące u Zamawiającego prosimy o zmianę zapisu na następujący: „**Zamawiający zapewnia taką organizację transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej, która będzie gwarantowała nie krzyżowanie się dróg (...)**”

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

8. zał. Nr 2 do siwz pkt 2.9:

a) Ponieważ zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawca nie będzie dostarczał „swojej” bielizny, prosimy o doprecyzowanie zapisu, iż chodzi o bieliznę Zamawiającego i jego obowiązek oznakowania swojego asortymentu.- **Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

9. Prosimy o potwierdzenie, czy asortymenty wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym:

18	spodnie operacyjne
19	bluza operacyjna
20	sukienka operacyjna

są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź:** zgodnie z SWZ

**Dotyczy zapisów umowy:-Zgodnie z SWZ**

1. § 2 pkt 3: Prosimy o modyfikację §2, pkt. 3 Umowy poprzez dodanie po słowach „o ile są to zabrudzenia powstałe w trakcie normalnego użytkowania” zwrotu „**nadające się do usunięcia w trakcie procesu prania przy użyciu zatwierdzonych środków piorących.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

2. § 2 pkt 6: Zwracamy się z prośbą o wskazanie jednostek, które mają mieć dostęp do witryny internetowej.  
**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni listę.

3. §12, pkt. 1a: prosimy o dodanie po słowach „widoczne nieusunięte zabrudzenia” słów „**o ile są to zabrudzenia powstałe w trakcie normalnego użytkowania, nadające się do usunięcia w trakcie procesu prania przy użyciu zatwierdzonych środków piorących.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

4. §12, pkt. 1b: wnosimy o obniżenie kary umownej do 100 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu przeprogramowania czipów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

5. §12, pkt. 1c): wnosimy o dodanie zapisu: „**o ile reklamacja była zasadna, a uszkodzenie nastąpiło z winy Wykonawcy.**”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

6. §11, pkt. 1h: Wnosimy o obniżenie kary umownej do 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska

DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNO  
- EKSPLOATACYJNYCH

Taida Mucha-Jastrzębska