

EP.26.48.2025

Warszawa, dnia 12 maja 2025r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ.

Dotyczy: postępowania na „**Sukcesywną dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (artykuły fizelinowe), pojemniki naklejki, opaski na potrzeby wszystkich komórek Szpitala Wolskiego**” – sprawa nr EP/46/2025/BT.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Sukcesywną dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku (artykuły fizelinowe), pojemniki naklejki, opaski na potrzeby wszystkich komórek Szpitala Wolskiego**” – sprawa nr EP/46/2025/BT, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści:

- w pkt. 1 etykiety o wymiarach 15x80mm zgodne z normą ISO 26825:2020 i kompatybilne z etykietami z pkt. 2

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- w pkt. 2 etykiety o wymiarach 15x37mm zgodne z normą ISO 26825:2020, etykiety są wyższe od wskazanych w SWZ a co za tym idzie dają możliwość CZYTELNIJSZEGO wpisania dawki leku i jednocześnie pasują do wszystkich dostępnych na rynku strzykawek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Beata Tarach