

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w powyższym postępowaniu.

**dot. pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną co umożliwi rozpoznanie pakietów poddanych sterylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości stosowania etykiet do wszystkich metod sterylizacji.

Z-ca Dyrektora  
lek. med. Lech Litwin (-)