

Bytom dnia: 2022-08-24

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 32/32PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18

Pakiet nr 10 Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty w pakiecie nr 10 poz. 1 dopuści: kaniule wyposażone w 3 szerokie paski radiacyjne, w następujących rozmiarach: 0,9x 25mm, przepływ 42ml/min, 1,0x32mm, przepływ 59ml/min, 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min, 1,3x45mm, przepływ 96 ml/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na 3 paski radiacyjne. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty w pakiecie nr 10 poz. 2 dopuści: kaniule wyposażone w 3 szerokie paski radiacyjne, w następujących rozmiarach: 0,9x 25mm, przepływ 42ml/min, 1,0x32mm, przepływ 59ml/min, 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na 3 paski radiacyjne. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. nr 3 dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

