

Pilchowice dnia: 2021-09-09

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

nr spr. 20/ZP/2021/K

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
w zakresie zapytania nr 1 Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na "Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – postępowanie II" – znak sprawy 20/ZP/2021/K.

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Zapytanie nr 1 Wykonawcy:**

Dotyczy: Pakiet nr 6: Kozetka

1. Czy zamawiający dopuści kozetkę o zwiększonej nośności z regulacją wysokości w zakresie od 50cm do 98cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy: Pakiet nr 2: Fotel zabiegowy

2. Czy Zamawiający dopuści fotel o maksymalnej nośności do 200kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy: Pakiet nr 5: Balkonik

3. Czy zamawiający dopuści balkonik z regulacją wysokości w zakresie od 97,5cm do 137cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Powyższe wyjaśnienia stają się wiążące i nie wpływają na konieczność zmiany terminu składania ofert.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
Danuta Markłowska