

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym**

**w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycy" – znak sprawy 16/16/2021.**

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 4 - Ssaki próżniowe 1. Prosimy Zamawiającego o określenie, do jakiego standardu punktu poboru podłączany będzie ssak, AGA, DIN czy inne? Prosimy o wskazanie, ponieważ jest to informacja niezbędna do przygotowania oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje iż punkt poboru to standard AGA.**

Pakiet nr 4 - Ssaki próżniowe 1. Prosimy Zamawiającego o określenie, jaki sposób montażu ssaków Zamawiający przewiduje, bezpośrednio do punktu poboru, czy do euro-szyny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, iż sposób montażu ssaków przewiduje bezpośrednio do punktu poboru.**

Pakiet nr 4 - Ssaki próżniowe 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu dla ssaków próżniowych z pakietu 4. Oferowane ssaki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane ssaki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane ssaki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych ssaków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający odstępuje od wymogu szkolenia personelu w zakresie Pakietu nr 4 – ssaki próżniowe.**

Termin płatności

1. Prosimy Zamawiającego o korektę w zakresie terminu płatności wskazanego we wzorze umowy. Określony w §

4 ust. 4 termin płatności wskazany jest jako minimalny, bez określenia maksymalnego terminu płatności, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Umowa winna jednoznacznie określać warunki płatności, nie pozostawiając żadnych wątpliwości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Termin płatności wskazany jako minimalny oznacza że Zamawiający nie zapłaci później niż 60 dni jednakże Wykonawca może wskazać termin płatności dłuższy mimo że nie jest to wymagalne.**

Termin płatności

1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Umowa § 7 ust. 1 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni od dnia jej zgłoszenia

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Umowa § 7 ust. 2 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 7 dni od uznania reklamacji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

*W imieniu komisji przetargowej:*

Inspektor  
ds. Zamówień Publicznych  
*Anna Panek*  
mgr Anna Panek