

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 15

#### Pytanie 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 87** zestawu do operacji przepukliny płodu o następującym składzie:

1x serweta 320x200cm z otworem 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem do zbiórki płynów 360 stopni oraz organizatorami przewodów;

1x serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm;

1x pokrowiec na stół Mayo 80x140cm;

1x podkład chłonny 90x60cm;

1x fartuch chirurgiczny wzmocniony, rozm. L;

2x fartuch chirurgiczny wzmocniony, rozm. XL;

Całość zawinięta w nieprzemakalną serwetę z laminatu dwuwarstwowego 150x200cm.

Zestaw w opakowaniu folia-papier. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer REF, numer serii i datę ważności.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga po warunkiem spełnienia pozostałych warunków dotyczących wymaganych dokumentów.**

### Pytanie 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie 88** zestawu do zabiegów operacyjnych fetoskopowych o następującym składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm;

1x serweta na stół Mayo 80x140cm;

2x serwety operacyjne z przylepcem 75x100cm;

1x kieszeń foliowa w rozmiarze 40x30cm;

2x fartuch wzmocniony chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 73g/m2;

1x taśma medyczna 10x50cm;

1x serweta 330x250cm z otworem 30x30cm wypełnionym folią chirurgiczną, okolony workiem na płyny 360 stopni. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, zgodne z normą PN-EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu oraz nazwę producenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent  
ds. Zamówień Publicznych  
inż. Małgorzata Jasiniok