

Bytom dnia: 2021-07-29

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 38

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 21

poz. 1

o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu czystego mikrobiologicznie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika neonatologicznego czystego mikrobiologicznie o długości 2,1 m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 3

folia-folia, czysty mikrobiologicznie.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci, opakowanie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ I UMOWY

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu określonego u ust 8a oraz e i h SWZ dokumentów i zastąpienie je tylko oświadczeniem o którym mowa w pkt f, gdyż są to te same dokumenty dla produktów medycznych czyli Certyfikat CE i Deklaracja Zgody.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga również Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych określonym w § 6 ust 1 od wartości opóźnionej dostawy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, od ilości nie dostarczonej partii towaru,

W imieniu Zamawiającego

