

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "**dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu**" – znak sprawy **14/14PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z zapytaniem w zakresie **pakietu nr 4**:

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 testy z oceną pasków półilościową, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego : Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 5 oraz 7 testy zawierające 33 alergenów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 1: 4 różnych paneli pokarmowych, po 10 alergenów każdy, z możliwością wyboru na etapie zakupu? Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Zamawiającego, dopasowując rodzaj panelu do aktualnych jego potrzeb.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: : Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 2: 4 różnych paneli oddechowych, po 10 alergenów każdy, z możliwością wyboru na etapie zakupu? Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Zamawiającego, dopasowując rodzaj panelu do aktualnych jego potrzeb.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 test z następującym składem:

t215	rBet v1 (Brzoza)
f76	nBos d4 – α -Laktoalbumina (Mleko krowie)
f77	nBos d5 – β -Laktoglobulina (Mleko krowie)
f78	nBos d8 – Kazeina (Mleko krowie)
f334	nBos d – Laktoferyna (Mleko krowie)
e204	nBos d6 – Surowicza albumina wołowa (BSA)
f232	nGal d2 – Owoalbumina (Białko jaja)
f233	nGal d1 – Owomukoid (Białko jaja)
f323	nGal d3 – Konalbumina (Białko jaja)
f356	nGal d4 – Lizozym (Białko jaja)
f422	rAra h1 (Orzech ziemny)
f423	rAra h2 (Orzech ziemny)
f424	rAra h3 (Orzech ziemny)
f427	rAra h9 (Orzech ziemny)
CCD	Marker CCD ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 test z następującym składem:

i1	Jad pszczoły miodnej
i3	Jad osy pospolitej
i75	Jad szerszenia europejskiego
i208	rApi m1 - Fosfolipaza A2 (Jad pszczoły miodnej)
i213	rApi m2 - Hialuronidaza (Jad pszczoły miodnej)
i216	rApi m10 - Ikarapina/Białko bogate w reszty węglowodanowe (Jad pszczoły miodnej)
i209	rVes v5 - Antygen 5 (Jad osy pospolitej)
i211	rVes v1 - Fosfolipaza A1 (Jad osy pospolitej)
CCD	CCD marker

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania profili alergicznych w czasie 3 godz. 15 min.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość sporządzania krzywej w czasie rzeczywistym, bez uwzględnienia tła?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania profili alergicznych ze 175µl rozcieńczonej próbki? Procedura z wykorzystaniem rozcieńczonej surowicy nie ma wpływu na wynik IgE, jest zwalidowana i posiada certyfikat CE/IVD.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie programu do odczytu testów bez możliwości automatycznej identyfikacji paneli, natomiast z możliwością wyboru rodzaju profilu z listy znajdującej się w pamięci programu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym przed dokonaniem odczytu wyników, paski testowe umieszczane są na specjalnym protokole oceny wyniku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, w których czas inkubacji w poszczególnych etapach jest zmienny? Etap płukania jest krótszy niż etap inkubacji surowicy z koniugatem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

