

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup szwów chirurgicznych i siatek przepuklinowych**

Numer referencyjny: **ZP.3311.7-4.2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. **Pytanie:** „*część/pakiet nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej makroporowej monofilamentowej niewchłanialnej siatki polipropylenowej o masie $60 \div 85,0 \text{ g/m}^2$. Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, siła zrywająca min. 100 N. Miękka, łatwo dopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: $0,65 \text{ mm} \pm 0,15 \text{ mm}$, powierzchnia porów: ok. 6 mm^2 , średnica makroporów ok. $2,7 \text{ mm}$?*”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. **Pytanie:** „*część/pakiet nr 10, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze $8 \times 13 \text{ cm}$?*”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. **Pytanie:** „*część/pakiet nr 10, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze $10 \times 16 \text{ cm}$?*”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
4. **Pytanie:** „*część/pakiet nr 10, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze $30 \times 30 \text{ cm}$?*”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
5. **Pytanie:** „*część/pakiet nr 10, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki bez rozcięcia w rozmiarze $6,5 \times 12,5 \text{ cm}$ z liniami orientującymi?*”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. **Pytanie:** „*część/pakiet nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej polipropylenowa monofilamentowa; o wadze $37 \pm 5,0 \text{ g/m}^2$ i powierzchni oczek ok. 4 mm^2 ; porowatości 75%, grubości $0,36 \pm 0,06 \text{ mm}$?*”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pytanie:** „część/pakiet nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej polipropylenowa monofilamentowa z barwionymi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki; o wadze $35 \pm 5,0 \text{ g/m}^2$ i powierzchni oczek ok. $1,3 \text{ mm}^2$; porowatości ok. 70%, grubości $0,32 \pm 0,05 \text{ mm}$?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. **Pytanie:** „część/pakiet nr 13, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek pakowanych a`3 sztuki?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
9. **Pytanie:** „część/pakiet nr 13, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej monofilamentowej o wadze $60 \div 85,0 \text{ g/m}^2$ i powierzchni porów $0,7 \text{ mm}^2$; grubości $0,45 \pm 0,05 \text{ mm}$?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. **Pytanie:** „część/pakiet nr 15, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej polipropylenowa monofilamentowa; o wadze $37 \pm 5,0 \text{ g/m}^2$ i powierzchni oczek ok. 4 mm^2 ; porowatości 75%, grubości $0,36 \pm 0,06 \text{ mm}$?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. **Pytanie:** „część/pakiet nr 15, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej polipropylenowa monofilamentowa z barwionymi pasami ułatwiającymi ukierunkowanie siatki; o wadze $35 \pm 5,0 \text{ g/m}^2$ i powierzchni oczek ok. $1,3 \text{ mm}^2$; porowatości ok. 70%, grubości $0,32 \pm 0,05 \text{ mm}$?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12. **Pytanie:** „część/pakiet nr 15, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek pakowanych a`3 sztuki?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
13. **Pytanie:** „część/pakiet nr 15, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej monofilamentowej o wadze $60 \div 85,0 \text{ g/m}^2$ i powierzchni porów $0,7 \text{ mm}^2$; grubości $0,45 \pm 0,05 \text{ mm}$?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dot. projektu umowy:

1. **Pytanie:** „Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów zamiennych, przy spełnieniu wymagań określonych w § 7 ust. 8-10 załącznika nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/

