

Bytom dnia: 2022-08-30

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 36

Pakiet nr 47 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr do przetoczeń płynów 0,2 µm, neonatologiczny, o powierzchni filtrującej 1,65 cm² i długości drenów 5-10 cm po obu stronach filtra?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 47 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści filtr do przetoczeń emulsji tłuszczowych 1,2 µm, neonatologiczny, o powierzchni filtrującej 1,65 cm² i długości drenów 5-10 cm po obu stronach filtra?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 100 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o rozmiarze 22x25 mm, długość odprowadzenia ok. 60 cm, typ złącza DIN 1,5, długość stosowania do 72 godzin?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

