



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-09-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów medycznych i odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania hemoglobiny glikowanej ujęte w 7 zadaniach asortymentowych.

Numer referencyjny: NZ-26-2024-63-D-P-E

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW NR 1

Pytanie 1. Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Zadanie 4, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści patyczek do wymazów o długości ok 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o następujących właściwościach:

- wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;
- odpowiednia miękkość i doskonała elastyczność zapewniają pacjentowi większy komfort;
- zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie;
- posiadają znacznik głębokości potwierdzający pozycję;
- do każdego cewnika dołączona jest sterylna zatyczka cewnikowa;
- sterylizowane, podwójne opakowanie;

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



1/3

PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Pytanie 4. Zadanie 6, pozycja 5 - Czy Zamawiający oczekuje sondy wykonanej z silikonu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Zadanie 7, pozycja 2,3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Zadanie 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Zadanie 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający oczekuje stazy jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Zadanie 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej jak na zdjęciu:



Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9. Zadanie 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający oczekuje 300 opakowań po 25 sztuk staz, czy 300 sztuk pasków czyli 12 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 300 szt. pasków.

Pytanie 10. Zadanie 7, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kieliszki średnicy denka 27mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Zadanie 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worek do kolostomii z możliwością docięcia w zakresie 35-60mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Zadanie 7, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści dren o długości 50cm wykonany w 100% z silikonu w rozmiarach: CH21, CH24, CH26, CH27, CH30, CH33, CH36, CH39?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Zadanie 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę na pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14. Zadanie 3, pozycja 8-11 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie



konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 15. Zadanie 3, pozycja 1-7 - Czy Zamawiający wykreśli pozycje z pakietu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16. Zadanie 3, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Zadanie 3, pozycja 10-11 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polistyrenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18. Zadanie 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylne, pakowane indywidualnie bez znacznika sterylizacji na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW NR 2

Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3, pozycji nr 1,2,3,4,6,7 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozdzielalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozdzielalnie związane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela.

Zamawiający