



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Znak sprawy: ZP.030.2020

Warszawa 21.07.2020

<Wszyscy Wykonawcy>

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (04)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) dokonujemy wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt: „**System nawigacji magnetycznej z wyposażeniem**”

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie drogi transportowej, którą Zamawiający przewiduje do wprowadzenia aparatu do pomieszczenia 01.BLO.0.26.

Jakie są nośności stropów na drodze transportowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający prosi o doprecyzowanie masy oraz gabarytów elementów transportowanych, w celu ustalenia drogi transportu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszczalne obciążenie użytkowe dla I piętra to 5,0 kN/m².

Z uwagi na to, że transport poziomy będzie realizowany na wykonanych posadzkach należy zapewnić rozkład obciążeń przez zastosowanie sztywnych płyt podkładanych pod kółka urządzenia transportowego. Wymiar płyty należy dostosować do dopuszczalnego obciążenia użytkowego biorąc pod uwagę ciężar transportowanego urządzenia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, iż instalacje i przyłącza zawarte w projekcie będą realizowane przez Zamawiającego i na jego koszt?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, iż osłonność zgodnie z projektem osłony radiologicznej będzie wykonana przez Zamawiającego i na jego koszt?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

Pytanie 4

Zamawiający zmienił wymóg i wymaga dostawy UPSa. Nadmieniamy, iż wymagany UPS (o czasie działania min. 60 minut) jest urządzenie o znacznych rozmiarach, wymagający odpowiednich warunków pracy (temperatura) i o znacznej głośności.

- Prosimy o określenie wielkości pomieszczenia przeznaczonego dla UPS i wskazanie tego miejsca.
- Prosimy o potwierdzenie, iż prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do działania UPSa są po stronie Zamawiającego?

Czy projektowana klimatyzacja posiada „zapas”, aby obsłużyć pomieszczenie z działającym UPSem?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający prosi o doprecyzowanie, co oznacza urządzenie o znacznych rozmiarach i podanie warunków pracy w jakich to urządzenie powinno pracować.

Zamawiający udostępnia przygotowane miejsce do wpięcia UPS-a.

Pytanie 5

Dotyczy: Integracja z systemem szpitalnym zamawiającego (CGM) - w celu pobrania/zapisu/ odczytu danych pacjenta/wyników/obrazów otrzymanych podczas badania i jego opisu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodzi o możliwość pobierania listy zleceń z systemu szpitalnego (CGM CLININET) poprzez DICOM Modality Worklist, a następnie umożliwia zapisanie wyniku badania w postaci plików DICOM w systemie CGM NETRAAD (PACS), dzięki temu wynik obrazowy będzie dostępny z poziomu formularza wyniku w systemie CLININET.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje możliwość pobierania listy zleceń z systemu szpitalnego (CGM CLININET) poprzez DICOM Modality Worklist, po wykonaniu/zakończeniu badania aparat automatycznie przesyła badania w postaci plików DICOM do systemu PACS NetRAAD z aktywną opcją DICOM Storage Commitment, następnie w systemie ClinINET badanie jest opisywane z poziomu formularza wyniku. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji do serwera PACS NetRAAD.

Pytanie 6

Dotyczy: XVII. STACJA BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH I DEMOGRAFICZNYCH, pkt 1. Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych między aparatem, a RIS/HIS. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje, aby rejestrowanie danych pacjentów odbywało się tylko w systemie szpitalnym CGM CLININET, celem zapewnienia kompletności danych i uzyskania odpowiednich zgód od pacjenta. Natomiast transfer danych demograficznych może zostać zrealizowany poprzez pobieranie danych demograficznych przez DICOM Modality Worklist oraz zapisywanie tych danych demograficznych w nagłówku plików DICOM badania i przysyłanie ich do systemu PACS lub innych stacji Diagnostycznych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje, aby rejestrowanie danych pacjentów odbywało się w systemie szpitalnym CLININET, w celu zapewnienia kompletności danych i uzyskania odpowiednich zgód od pacjenta, umożliwiających poprawne rozliczenie procedur medycznych. Natomiast transfer danych demograficznych (wyników) może zostać zrealizowany poprzez pobieranie danych demograficznych przez DICOM Modality Worklist oraz zapisywanie tych danych demograficznych w nagłówku plików DICOM badania i przysyłanie ich do systemu PACS NetRAAD z aktywną opcją DICOM Storage Commitment. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji do serwera PACS NetRAAD.


Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zmienia termin składania i otwarcia ofert –

zapis Rozdziału 16. pkt. 16.1 oraz pkt. 16.3 otrzymują poniższe obowiązujące brzmienie:

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, zgodnie z instrukcją określoną w pkt.15 SIWZ **do dnia 07 sierpnia 2020r. do godz. 09:00**
zapis Rozdziału 16. pkt. 16.3 otrzymuje poniższe obowiązujące brzmienie:

16.3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 07 sierpnia 2020r. do godz. 09:30** za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Po opublikowaniu ogłoszenia zostanie ono zamieszczone Platformie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.


Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych
Dr hab. n. med. prof. inst.
Zofia Dzielińska