

Pismo: **Z.II.260.004.Zp.2022**

Nisko dnia: 31/01/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „Dostawę materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” – znak sprawy **Z.II.260.004.Zp.2022**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy Pakietu nr 12. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 dopuści taśmy urologiczne jednorazowe, jednorodne, sterylne, niewchłaniające, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczone do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT przy użyciu prowadnic wielorazowych, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzozy taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz kompletu igieł spiralnych (prawa, lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonięte out-in in-out?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 2. Dotyczy Pakietu nr 13. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 dopuści siatkę przepuklinową, wewnątrznaczyniową, separującą, antyadhezyjną, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przylgnięcie przyległych tkanek do siatki i gwarantuje przepuszczalność, dzięki której można uniknąć zanieczyszczenia się bakterii chorobotwórczych, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadającą się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną, jak i laparoskopową. Grubość siatki: 0,62 mm, gramatura: 108g/m², porowatość średnia: 667 µm, dwukierunkowa elastyczność - wytrzymałość na rozciąganie 37,9 N/cm dla jednego kierunku, 59,3 N/cm dla drugiego kierunku, siatka z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarach: 11 x 14 cm lub 14 x 18 cm lub 20 x 25 cm lub 25 x 35 cm – kształt owalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 3. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. nr 1 dopuści igłę okrągłą bez określenia „czarna”? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. nr 5 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca nie wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 5. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. nr 6 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiająca nie wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 6. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. nr 6 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 7. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. nr 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w postępowaniu proszku hemostatycznego, który był użytkowany przez Państwa na bloku operacyjnym, o niewielkich różnicach technicznych, lecz takiej samej funkcjonalności: całkowicie biodegradowalny w organizmie człowieka do 4 tygodni, bez dokumentu potwierdzającego ilość wody którą wchłania na 1g produktu (proszek absorbuje krew), reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 24. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 24 szew z igłą o długości 64 mm i nicią pojedynczą o długości 90 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 25. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 25 szew z nicią pojedynczą o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. Dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 1-2. Czy Zamawiający dopuści następującą siatkę: lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm? Reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. Dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 6. Czy Zamawiający dopuści następującą siatkę: lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm? Reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12. Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 22. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 14. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 26. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 15. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 9, 10. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 16. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „czarna”, „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 5. Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 19. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. nr 7, 9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 20. Dotyczy Pakietu nr 4, poz. nr 1 - 11. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniający wykonany z polidoksanonu, okres całkowitego wchłaniania 180-210 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21. Dotyczy Pakietu nr 4, poz. nr 12 - 17. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniający wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i karolaktonu, okres całkowitego wchłaniania 90-120 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 22. Dotyczy Pakietu nr 6, poz. nr 1 - 8. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, polipropylenowy bez dodatku polietylenu, niewchłaniający, jednowłóknowy wykonany z izolaktycznego krystalicznego stereoisomeru polipropylenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

Pytanie nr 23. Dotyczy Pakietu nr 14, poz. nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Proszek hemostatyczny o działaniu antybakteryjnym uzyskany z oksydowanej regenerowanej celulozy przeznaczonym do tamowania krwawień tętniczych, żylnych oraz włóścińcowych w zabiegach chirurgicznych oraz innych urazach. szybka hemostaza, pełne wchłanianie w ciągu max. 3 dni antybakteryjny biokompatybilny, gotowy do użycia. Waga 3g.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24. Dotyczy Pakietu nr 12, poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści taśmę podcewkową do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet o parametrach:

- materiał niewchłaniająca taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- szerokość 1,1-1,3 cm,
- grubość 0,32 mm ($\pm 0,01$ mm),
- gramatura 65g/m² ($\pm 0,05$ g/m²),
- brzegi taśmy tkane,
- nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.

Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in-out. Narzędzie wielokrotnego użytku w ilości 2 kompletów dostarczone z taśmami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis swz.

Pytanie nr 25. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26. Czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 27. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokona zamówień uzależnionych od jego rzeczywistych potrzeb, nie mniej niż 70%.

Pytanie nr 28. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT ceny netto nie ulegną zmianie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT ceny netto nie ulegną zmianie.

Pytanie nr 29. Dotyczy Pakietu nr 18, poz. nr 2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza siatkę z lekkiego materiału 42g/m², pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/