

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego.

Numer referencyjny: 20-P-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z tym, że ciepłarka laboratoryjna nie jest urządzeniem medycznym czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wraz z urządzeniem deklaracji CE?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza powyższe dla pakietu nr 7.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 4 - Aparat do biostymulacji laserowej

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez aplikatora skanującego?

Dot. Pakietu nr 4 - Aparat do elektroterapii

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat nie posiadający w wyposażeniu wtyków 4 mm banan?

Dot. Pakietu nr 4 - Aparat do ultradźwięków

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który posiada częstotliwość nośną: 1 MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/3 MHz)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.