

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego w celu utworzenia Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii**
Numer referencyjny: ZP.3311.25-3.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Termin płatności. Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie:** „Umowa § 7 ust. 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu za każdy dzień zwłoki w dostawie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Umowa § 7 ust. 2. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu, za każdy dzień zwłoki w naprawie, z tym, że kara umowna nie zostanie naliczona w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na okres naprawy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. **Pytanie:** „Umowa § 7 ust. 3. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu, o ile zwłoka wynika z winy Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. **Pytanie:** „Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji kolumn. Oferowane kolumny są bardzo proste w obsłudze, wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu.

Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych kolumn przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. **Pytanie:** „Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na przeprowadzenie tylko jednego przeglądu gwarancyjnego pod koniec okresu gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. **Pytanie:** „Termin realizacji – zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 9 tygodni od daty zawarcia umowy dla kolumny z zadania 1. Pragniemy zauważyć, iż kolumny sufitowe są wyrobem produkowanym na zamówienie, z indywidualnie dopasowanym wyposażeniem do potrzeb klienta, a czas ich produkcji jest niemożliwy do skrócenia. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.”

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami nr 1.

8. **Pytanie:** „Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przygotowanie miejsca do montażu kolumn oraz doprowadzenie niezbędnych mediów leży po stronie Zamawiającego.”

Odpowiedź: Przygotowanie miejsca do montażu leży po stronie Wykonawcy.

9. **Pytanie:** „Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego rodzaju strop jest zastosowany w pomieszczeniach, gdzie przewidziana jest instalacja kolumny (materiał stropu, technologia wykonania, nośność pozwalająca na podwieszenie kolumn.”

Odpowiedź: Strop wykonany jest z płyt prefabrykowanych wykonanych z wypełnieniem z pustaków Akermana. Część stropu o szerokości 1500 mm została wzmocniona płytą żelbetową o wystarczającej nośności.

10. **Pytanie:** „Zadanie 1. Czy istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się dokładnie nad miejscem instalacji kolumny, w celu posadowienie płyty stropowej. Jeżeli jest, to czy istnieje możliwość montażu w tym pomieszczeniu płyty w posadzce?”

Odpowiedź: Tak, istnieje bezpośredni dostęp do pomieszczenia znajdującego się nad miejscem instalacji kolumny. Tak, istnieje możliwość montażu w tym pomieszczeniu płyty w posadzce.

11. **Pytanie:** „Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o informację czy w miejscu wyznaczonym do instalacji kolumny, poprowadzone są rurociągi, przewody elektryczne, kanały wentylacyjne lub sieć przeciwpożarowa.”

Odpowiedź: Nie.

12. **Pytanie:** „Zadanie 1. Prosimy Zamawiającego o informacje czy w pomieszczeniu instalacji kolumny zamontowane są sufity podwieszane, jeżeli tak to na jakiej wysokości i czy zainstalowane są w nim anemostaty (nawiewniki) lub czy zamontowany jest tam strop laminarny.”

Odpowiedź: Tak, są sufity podwieszane. Wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego – 287 cm, odległość sufitu podwieszanego do stropu właściwego ok. 10 cm. W suficie nie są zainstalowane nawiewniki i nie jest zamontowany strop laminarny.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/