



Poznań, 08.05.2024 r.

ADZP-381-35/24

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 z późn. zm.), prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** w przedmiocie: **"Sukcesywną dostawę wyrobów medycznych"** udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: dotyczy części nr 1: Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.


W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w części nr 1?

Sterylny zestaw jednorazowego użytku zakładany metodą "inside-outside". Taśma polipropylenowa o wymiarach 1,1x45 cm, cięta laserowo posiadająca nici pozycjonujące, wielkość porów 150 mikronów (1x1,25 mm), taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce. Produkt sterylne.

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty proponujemy bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy przetargowej, czterech narzędzi wielokrotnego użytku z wysokiej jakości stali chirurgicznej (do wyboru Zamawiającego).




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

LUB

Sterylny zestaw jednorazowego użytku zakładany metodą "inside-outside". Taśma polipropylenowa o wymiarach 1,2 (w środkowej części, ramiona 0,8 cm) x 55 cm, cięta laserowo posiadająca nici pozycjonujące, wielkość porów 150 mikronów (1x1,25 mm), taśma bez plastikowej osłonki. Produkt sterylny.

W przypadku dopuszczenia i wyboru naszej oferty proponujemy bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy przetargowej, czterech narzędzi wielokrotnego użytku z wysokiej jakości stali chirurgicznej (do wyboru Zamawiającego).



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3: Część 8, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną półpętlę, 10 x 10 mm, jednorazową, śr. wtyku 2,4 mm, dł. 141 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4: Część 8, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną półpętlę, 15 x 10 mm, jednorazową, śr. wtyku 2,4 mm, dł. 141 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5: Część 8, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną półpętlę, 20 x 10 mm, jednorazowa, długa, śr. wtyku 2,4 mm, dł. 141 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6: Część 8, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulkę, śr. 4 mm, jednorazową, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 156 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7: Część 8, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulkę, śr. 5 mm, jednorazową, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 157 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8: Część 8, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną igłę, osłona na igłę dł. 63 mm, jednorazowa, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 69 mm?





Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9: Część 8, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści jednorazową sterylną elektrodę ze stali nierdzewnej z powłoką wolframową, dł. 55 mm?



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10: Część nr 2, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści linię pomiarową do długotrwałego stosowania u pacjentów zaintubowanych, o długości 2,1m o poniższej charakterystyce:



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11: Część nr 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnej rurki nosowo-gardłowej innego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12: Część nr 10, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania pediatriczny o parametrach:

- blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki
- bezzwrotny port do płukania cewnika
- przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem
- barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku
- mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik
- łącznik kątowny podwójnie obrotowy
- cewnik z atraumatycznym końcem
- kolorowa podziałka centymetrowa
- bez lateksu, bez ftalanów
- długość 320-415mm
- jałowy
- zamknięty system do odsysania 72H
- łączniki 15mm Y
- naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13: Część nr 10, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z mechaniczną zastawką odcinającą cewnik od układu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14: Część nr 10, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania bez możliwości odłączenia cewnika bez demontażu układu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15: Część nr 10, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z cewnikiem zakończonym centralnym otworem oraz 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16: Część nr 10, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 33cm (rurki tracheostomijne) oraz o długości 60cm (rurki intubacyjne)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17: Część nr 10, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie całego zestawu zamkniętego do odsysania w zamian za wymienne cewniki?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18: Część nr 10, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści czujnik mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19: Część nr 10, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści czujnik dla niemowląt o wadze 1-15kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20: Część nr 10, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści czujnik mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21: Część nr 10, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści czujnik mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22: Część nr 10, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści czujnik dla dzieci o wadze 15-40kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23: Część nr 10, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą opaskę do mocowania czujników?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24: Pakiet 8: Poz. 2 prosimy o dopuszczenie uchwytów w op. zbiorczych 50 szt. z przeliczeniem zapotrzebowanie na 3 op. a'50 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 125 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25: Pakiet 8: Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie dl. 141 mm i końcówki 10x10 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26: Pakiet 8: Poz 3: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 6 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 150 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27: Pakiet 8: Poz 4: Prosimy o dopuszczenie dl. 141 mm i końcówki 15x10 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28: Pakiet 8: Poz 4: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 6 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 150 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29: Pakiet 8: Poz. 5: Prosimy o dopuszczenie dł. 141 mm i końcówki 20x10 mm.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30: Pakiet 8: Poz. 5: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 4 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 100 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31: Pakiet 8: Poz. 6: Prosimy o dopuszczenie dł. 156 mm i kulki fi. 4mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32: Pakiet 8: Poz. 6: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 6 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 150 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33: Pakiet 8: Poz. 7: Prosimy o dopuszczenie dł. 157 mm i kulki fi. 5 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34: Pakiet 8: Poz. 7: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 6 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 150 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35: Pakiet 8: Poz. 8: Prosimy o dopuszczenie dł. 45 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36: Pakiet 8: Poz. 8: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 12 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 300 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37: Pakiet 8: Poz. 9: Prosimy o dopuszczenie dł. 55 mm



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38: Pakiet 8: Poz. 9: Prosimy o dopuszczenie elektrod w op. zbiorczych 24 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 2 op. a'24 szt. lub dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. dla wielkości zapotrzebowania 50 szt. (z możliwością składania zamówień na sztuki)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39: Pakiet 10: Prosimy o wydzielenie poz. 4, 5, 6, 9 tj. czujników SpO2 i opasek do mocowania czujników SpO2 do oddzielnego zadania. Umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu dokonanie zakupu tych produktów znacznie niższej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli powyższych pozycji.

Pytanie nr 40: Pakiet 10: Poz. 4, 5, 6: prosimy o dopuszczenie kalibracji cyfrowej rozumianej jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100%.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41: Pakiet 10: Poz. 4, 5, 6, 9 prosimy o dopuszczenie czujników i opasek mikrobiologicznie czystych

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42: Pakiet 10: Poz. 5 prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagi pacjenta 1-20 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43: Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na maski z workiem ze śladową ilością ftalanów zgodną z normami UE, mikrobiologicznie czyste, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44: Pakiet 4: Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z workiem i drenem zawierające śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45: Zamówienia częściowego nr 8: 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 uchwyt monopolarny jednorazowy z przyciskami cięcia i koagulacja , połączony z kablem dł. 3m, z wtyczką typ 3-pin w komplecie z elektrodą igłową, pakowany sterylnie, 25 szt/op?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin realizacji do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 47: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 do 1 % wartości niedostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w przedmiotowym zakresie. Wysokość kar umownych uzasadniona jest przedmiotem zamówienia, którym jest dostawa wyrobów medycznych niezbędnych do prowadzonej działalności leczniczej.

Pytanie nr 48: Czy w punkcie nr 9 Zamawiający miał na myśli elektrodę monopolarną, jednorazową, końcówka igłowa z częścią tnącą powlekana materiałem antyadhezyjnym, trzpień elektrody izolowany, długość elektrody 50 mm, opakowanie 10 szt/op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli powlekaną materiałem antyadhezyjnym.
Błąd pisarski.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Józefiak, +48 61 61 62 557, katarzyna.jozefiak@szoz.pl, zmpub@szoz.pl