

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu medycznego w postaci stołu operacyjnego oraz Inkubatora dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"..

Numer referencyjny: 29/29PN/2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2 – inkubator

1. PKT. 4 Czy Zamawiający dopuści inkubator z wygodnym dostępem do wnętrza z 4 stron inkubatora tj. od frontu, z lewej i prawej strony oraz od góry po uniesieniu kopuły?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

2. PKT 7 Czy z uwagi na występujące awarie zasilania sieciowego oraz awarie wewnętrzne układów zasilania lub wbudowanych siłowników elektrycznych inkubatora, Zamawiający dopuści aby ze względów bezpieczeństwa inkubator oferował „manualną” regulację nachylenia materacyka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

3. PKT 9. Czy ze względu na dość utrudniony dostęp do paneli umieszczonych centralnie, dodatkowo utrudnionych wysokimi nastawami wysokości samego inkubatora, Zamawiający

dopuszcza panel sterujący o przekątnej 8,5 cala mocowany po lewej lub prawej stronie inkubatora na wysięgniku z możliwością jego swobodnej regulacji?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

1. PKT. 10 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator bez opcji zmiany widoku ekranu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

2. PKT. 11 Z uwagi na brak jakichkolwiek wytycznych do spełnienia opisanego wymogu, prosimy uprzejmie o dopuszczenie inkubatora bez opcji opisanej w tym punkcie.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

3. PKT. 12, 14, 15, 35, 38 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator bez funkcji wymienionych w tym punkcie? Nie wpływa to na właściwości kliniczne aparatu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

4. PKT. 16 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z 5 otworami dostępowymi wyposażonymi w uszczelki oraz dodatkowym otworem z przepustem na kable lub/i obwody oddechowe oraz ośmioma przepustami, co jest wartością wystarczającą do podłączenia wszystkich niezbędnych przewodów lub rur pacjenta.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

5. PKT. 17 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator bez gniazda USB? Nie wpływa to na właściwości kliniczne aparatu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

6. PKT. 18 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator bez opcji podłączeniowej do centralnego systemu alarmowego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

7. PKT. 21 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator wyposażony w dwa uchwyty do przemieszczania inkubatora?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

8. PKT. 26 Czy Zamawiający dopuszcza inkubator wyposażony w materacyk piankowy bez dodatkowej funkcji grzania? Z uwagi na wbudowany w inkubator podwójny system grzania, wymóg dodatkowego trzeciego źródła grzania nie ma uzasadnienia klinicznego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

9. PKT. 27 Czy Zamawiający dopuści inkubator którego „manewr” (regulacja) otwarcia kopuły lub jej zamknięcia odbywa się elektrycznie a nie pneumatycznie a co za tym idzie z dłuższym czasem wynoszącym ok. 20 sekund - z tym, że dostęp do noworodka jest od pierwszej sekundy w momencie otwarcia ścianki bocznej, a otwieranie elektryczne realizuje się samoczynnie po naciśnięciu przycisku, nie angażując rąk personelu i jest możliwe do obsługi również przez personel o niższym wzroście? Jest to dużo wygodniejsze i bardziej wyspecjalizowane rozwiązanie niż ręczne unoszenie kopuły przez personel.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

10. PKT. 28 Według naszej opinii: wbudowany w zamkniętą kopułę promiennik, przy założeniu spełnienia opisu w pkt. 27 tj. gdy promiennik pracuje z pełną mocą a inkubator pozwala na opuszczenie tegoż promiennika w ciągu 2 sekund, rodzi pełne obawy o podstawowe bezpieczeństwo pacjenta. Prosimy zatem o dopuszczenie inkubatora pozbawionego opisanych wymogów w punkcie 28 i 27.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

11. PKT. 30 Prosimy o dopuszczenie inkubatora z poziomem hałasu wewnątrz kopuły na poziomie 41 dB bez nawilżania oraz 44dB z nawilżaniem i podażą tlenu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

12. PKT. 41 Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji 23-39°C, co nieznacznie różni się od wymaganej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

13. PKT. 48, 49, 50, 51, 52 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji wymienionych w tym punkcie? Nie wpływa to na właściwości kliniczne aparatu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

14. PKT. 53 Czy Zamawiający dopuści inkubator umożliwiający kangurowanie bez konieczności uruchamiania specjalnej „funkcji” w inkubatorze?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

15. PKT. 54 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 30-42°C? Jest to zakres w pełni pokrywający zapotrzebowanie monitorowania temperatury skóry noworodka.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

16. PKT. 55 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 20-42°C? Jest to zakres w pełni pokrywający zapotrzebowanie monitorowania temperatury powietrza wewnątrz kopuły inkubatora.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

17. PKT. 58 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez automatyki nastaw alarmów? Nie są znane nam wytyczne dotyczące „różnych trybów”.
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający dopuszcza.**
18. PKT. 59 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez funkcji opisanej w tym punkcie.
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający dopuszcza.**
19. PKT. 66, 67, 68, 76, 75 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji wymienionych w tym punkcie? Nie wpływa to na właściwości kliniczne aparatu.
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający dopuszcza.**
20. PKT. 78 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec mocowany stabilnie bez konieczności stosowania taśm silikonowych (nie przesuwają się i nie spadają)?
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający dopuszcza.**
21. PKT. 79 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowej szyny uchylnej?
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający dopuszcza.**
22. PKT. 80 Czy Zamawiający dopuści profesjonalną lampę zabiegową mocowaną do stałej (nie uchylnej) szyny za pomocą uchylanego wysięgnika z białym źródłem światła LED z funkcją bezdotykowego włączania i wyłączania lampy i możliwością regulacji intensywności światła w zakresie 500-2000 LUX?
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający dopuszcza.**
23. PKT. 27 Czy Zamawiający oczekuje aby ze względu na bezpieczeństwo personelu i pacjenta, podnoszenie kopuły miało możliwość reakcji na przeszkodę i automatycznego zatrzymania w momencie natrafiania na przeszkodę np. ręką personelu, przewody czy układy oddechowe pacjenta?
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.**
24. Czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony inkubator wyposażony był we wbudowany pulsoksymetr w technologii Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora?
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.**
25. Czy Zamawiający oczekuje aby mechanizm otwierania ścianek bocznych inkubatora był wyposażony w funkcję wolnego opadania? Pozwoli to przyspieszyć i usprawnić opiekę nad pacjentem.
- Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**
- Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.**
26. Czy z uwagi na delikatny słuch noworodka Zamawiający oczekuje aby poziom hałasu wewnątrz kopuły inkubatora, dotyczący normalnej/typowej pracy bez wyłączeń tj. z aktywnym nawilżaniem oraz

podażą tlenu wynosił nie więcej jak 44 dB potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta?  
Podawanie poziomu hałasu bez uwzględnienia nawilżania czy tlenoterapii nie jest miarodajne ponieważ najbardziej narażone na utratę słuchu są skrajne wcześniaki dla których zarówno nawilżenie jak i tlenoterapia są bardzo istotne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje ale nie wymaga.

Zamawiający



