

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 5**

**Pakiet nr 19, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z średnicą wewnętrzną drenu 1,5mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 19, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z końcówką luer lock?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 96, poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 50 ml z rozszerzeniem do 60ml?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 96, poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek wpisanych w menu pompy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga.**

**Pakiet nr 123, poz. 1**

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przepuszczalności światła UV na poziomie nie więcej niż 10% w zakresie długości fal 200-450 nm. W przypadku braku sprecyzowania tego parametru, w pakiecie nr 123 można będzie zaoferować zwykłe worki na odpady komunalne. Czy wymaga badań potwierdzających w zakresie sprawdzenia przepuszczalności światła UV?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga przepuszczalności światła UV na poziomie nie więcej niż 10% w zakresie długości fal 200-450 nm.**

**Zamawiający**

**ZASTĘPCA WÓJTY**  
ds. Administracji i Spraw Publicznych  
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu