

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Nazwa zamówienia: dostawa materacy przeciwoodleżynowych zmiennociśnieniowych.
Numer referencyjny: materace/475/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Załącznik nr 4 - materace przeciwoodleżynowe zmiennociśnieniowe dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów - 25 szt.
Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie materaca przeciwoodleżynowego z pompą zasilającą na zasadzie równoważności:

" materac przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" komory poprzeczne - 11 cm wysokości (+/-1 cm)
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie. Zamawiający wymaga wysokości 13 cm.

" wszystkie komory wykonane są z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu, który zapewnia wieloletnie użytkowanie
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" materac dwusekcyjny (1:2) system pracy zmiennociśnieniowy co druga komora z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" materac o wymiarach 200 x 85 cm (+/-1 cm)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" limit wagi pacjenta 260 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" 27 komór poprzecznych + 2 komory podnoszące (wchodzące w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta), komory podnoszące nie są ułożone warstwami jedna nad drugą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak – 27 komór poprzeczne. Nie – 2 komory podnoszące. Zamawiający wymaga 4 – 6 komór podnoszących.

" komory poprzeczne umieszczone są w jednej warstwie w rzędach i napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut, komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" komory materaca pojedynczo wymienne, mocowane za pomocą złączek zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" zawór CPR - możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR zlokalizowanego w sekcji głowy. Zawór w kolorze czerwonym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" materac pokryty pokrowcem wykonanym z tkaniny membraMED® - (półprzepuszczalny pokrowiec- przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący cieczę, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo, niepalny, antygrzybiczny i antybakteryjny, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" pokrowiec mocowany do materaca za pomocą dwóch suwaków w celu łatwego zakładania i zdejmowania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" funkcja transportowa ? 24h (tryb transportowy)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

" materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji obustronnej, czas rotacji regulowany w zakresie 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut. System przechyłów bocznych na stałe złączony z materacem, bez możliwości odłączenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac lub w przewodzie powietrznym podłączanym do pompy. Zawory uruchamiania w kolorze odmiennym od zaworu CPR.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym w kolorze odmiennym od zaworu CPR.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" nieaktywny (nienapompowany) system rotacji/przechyłów nie wpływa na wysokość całego materaca

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" materac z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniającym odpowiedni mikroklimat i zwiększającym komfort leżenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie. .

" materac w całości pneumatyczny (bez warstw piankowych, gąbkowych), kładziony na spodni materac gąbkowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" przewód powietrza dwużyłowy zespolony z pojedynczym zespolonym przyłączem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" pompa do współpracy z materacami komorowymi,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" praca w trybie zmiennego ciśnienia - co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny (stałociśnieniowy) z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po 30 minutach

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" praca w trybie stałego ciśnienia, z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po 30 minutach

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" sterowanie za pomocą panelu sterowania - pokrętło do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w obu trybach pracy: zmiennociśnieniowym i statycznym w zależności od wagi i pozycji pacjenta,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

.

" na panelu sterowania pompy alarmy: niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy (uruchamiający się w przypadku awarii wewnętrznej pompy) - każdy oznaczony oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" sygnalizacja dźwiękowa alarmów z funkcją wyciszenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" dwa aluminiowe, ultra ciche silniki ? 20 dB,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" silniki z zawieszeniem przeciwwrotacyjnym - brak wibracji,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" funkcja automatycznej blokady panelu sterowania,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" funkcja pielęgnacyjna,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" zakres ciśnienia 10-50 mmHg,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" zakres masy pacjenta 30 - 260kg,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" wybór czasu cyklu; 10, 15, 20 lub 25 minut,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" przewód elektryczny odłączalny od pompy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" wymiar pompy 34 x 21 x 12 cm,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" masa pompy 2,6 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" klasa szczelności IP21

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" zasilanie 230V 50Hz

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

2. Załącznik nr 4 - materac przeciwodłęzynowy zmiennociśnieniowy - 25 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie materaca przeciwodłęzynowego z pompą zasilającą na zasadzie równoważności:

" Materac przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac wykonany z poliuretanu, do opieki długoterminowej

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac przeciwodłęzynowy, zmiennociśnieniowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac 2-sekcyjny - komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Komory w sekcji głowy stale napełnione powietrzem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac zbudowany z 17 poprzecznych poliuretanowych komór wzmocnionych nylonem, pojedynczo wymiennych. Komory mocowane za pomocą złączy zapobiegających przypadkowemu wypięciu w czasie używania (nie są to szybkozłączy)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga 19 poprzecznych komór.

" Wymiary materaca 198 długość x 86 szerokość x 12 wysokość cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac należy układać na spodnim materacu gąbkowym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Limit wagi pacjenta 220 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac wyposażony w zawór CPR - szybkiego spuszczenia powietrza

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac w pokrowcu wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie.

" Materac w pokrowcu na zamek z okapnikiem, charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoodporny) i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu. Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 95°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" System owiewu powietrzem ciała pacjenta zapewniający odpowiedni mikroklimat i zwiększający komfort leżenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" Przewód powietrzny dwużyłowy zespolony z pojedynczym zespolonym przyłączem do pompy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" Materac z trybem transportowym - możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" Pompa do współpracy z materacami komorowymi

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" praca w trybie zmiennego ciśnienia,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" pompa pracuje w trybie zmiennociśnieniowym 2-sekcyjnym - komory materaca są napełniane i opróżniane na przemian co druga

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" praca w trybie stałego ciśnienia z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po 30 minutach

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" wybór czasu cyklu pracy: 10, 15, 20 lub 25 minut,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" sterowanie za pomocą panelu sterowania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" pompa wyposażona w pokrętkę do płynnej bezstopniowej regulacji ciśnienia powietrza w materacu w obu trybach pracy: zmiennociśnieniowym i statycznym w zależności od wagi i pozycji pacjenta

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" dwa aluminiowe, ultra ciche silniki 20 dB,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" silniki z zawieszeniem przeciwwrotacyjnym - brak wibracji,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" na panelu sterowania pompy alarmy: niskiego ciśnienia, braku zasilania i serwisowy (uruchamiający się w przypadku awarii wewnętrznej pompy) - każdy oznaczony oddzielnym piktogramem i dedykowaną, osobną diodą dla każdego alarmu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" funkcja automatycznej blokady panelu sterowania,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" pompa o wymiarach: 34 x 21 x 12 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" waga pompy 2,6 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" klasa szczelności (ochrona przed zalaniem i kurzem) IP21

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" pompa z gniazdem trzysekcyjnym (trzy wyloty powietrza)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" funkcja pielęgnacyjna,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" zakres ciśnienia 10-50 mmHg,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

" zasilanie 230V 50Hz

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązanie

UWAGA:

1. Wykonawca, zwracając się o wyjaśnienia SWZ zrobił to w formie własnej specyfikacji bez odniesienia się do zapisów, które Zamawiający umieścił w Załączniku nr 4 do SWZ – minimalne wymagania techniczne. Zamawiający wyraźnie podkreśla, iż odniósł się do poszczególnych parametrów w formie zaproponowanej przez Wykonawcę, tylko i wyłącznie w celach porządkowych, tak aby wyjaśnienia były jednoznaczne i jasne. Nie zwalania to Wykonawcy z obowiązku złożenia oferty w formie określonej w SWZ czyli m.in. poprzez wypełnienie Załącznika nr 4 - minimalne wymagane parametry techniczne, gdzie wszyscy Wykonawcy mają się odnieść do poszczególnych zapisów uwzględniając powyższe odpowiedzi. Wykonawca ma również obowiązek uwzględnić inne opublikowane wyjaśnienia i zmiany. Ponadto Zamawiający utrzymuje zapisy, które nie były uwzględnione w powyższych pytaniach Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszczając jakieś parametry lub rozwiązania, nie wymaga ich jako minimalnego, brzegowego warunku do spełnienia.

Zamawiający