

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym**

w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medyc" – znak sprawy 16/16/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

Pakiet nr 2 – Fotele i krzesła do badań specjalistycznych, 25 szt.

Poz. 1: Fotel specjalistyczny sterowany elektrycznie

1. Prosimy o wyjaśnienie; Zamawiający w załączniku A do SIWZ w nagłówku „Fotel specjalistyczny sterowany elektrycznie” określił ilość 1 sztuka, natomiast w poz. 2 w opisie parametrów wymaganych określił: „Fotel ginekologiczno – urologiczny osadzony na jednej elektromechanicznej regulowanej kolumnie – 2 szt.”

Prosimy o sprecyzowanie jakiej ilości foteli Zamawiający wymaga?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga foteli w ilości 2 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny o długości leża w pozycji rozłożonej 1760 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny, w którym regulacje elektryczne fotela są realizowane z pilota przewodowego oraz sterownika nożnego wbudowanego w podstawę fotela?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny z regulacją segmentu głowy w zakresie +/-200?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w programator 2 pozycji zabiegowych z możliwością uzyskania każdej dowolnej pozycji w wymaganym zakresie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w szybko demontowane z listew tapicerowane podręczki pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczno-urologiczny wyposażony w stopień wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze konstrukcji fotela zabezpieczony z góry gumą antypoślizgową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 – Fotel specjalistyczny sterowany elektrycznie – 1 sztuka

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel specjalistyczny sterowany elektrycznie z regulacją kąta nachylenia podnóżka w zakresie -450 do +380?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pod zapisem w poz. 5. „regulacja kąta nachylenia segmentu pleców” miał na myśli regulację kąta nachylenia odcinka piersiowego? Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację w zakresie -250 do +170?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel specjalistyczny sterowany elektrycznie z regulacją kąta nachylenia odcinka lędźwiowego w zakresie -200 do +680?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 – Fotel do poboru krwi i pomiaru ciśnienia z zagłówkiem 5 szt.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do poboru krwi i pomiaru ciśnienia z regulowanym oparciem pleców w zakresie 930 do 1800?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7 – Fotel laryngologiczny – 5 szt.

12. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w punkcie 5 opisu parametrów wymaganych oczekuje regulacji wysokości siedziska?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie 500-600mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w tapicerowane, odejmowane podłokietniki z możliwością rozsunięcia na boki celem uzyskania dodatkowej powierzchni siedziska?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

15. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga regulacji wysokości zagłówka wzdłuż osi pionowej w zakresie 0-230mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z regulacją wysokości zagłówka w zakresie 80mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z tapicerką dostępną w 5 kolorach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w regulowany zagłówek o wymiarach 270x240mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z segmentem pleców o długości 510mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w tapicerowany obustronnie segment pleców (wykonany estetycznie, łatwy do mycia i dezynfekcji), bez konieczności stosowania dodatkowej osłony z tworzywa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Anna Panek
mgr Anna Panek