

EP.26.75.2023

Warszawa, dnia 09 sierpnia 2023 roku.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej**” – sprawa nr EP/69/2023

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczej**” SPRAWA NR EP/69/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Pytanie 1. - Dotyczy Załącznika nr 2**

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę numeracji (w kolumnie - Lp) dla zadania 1 lub też proszę o zmianę numeracji w kolumnie "lp." dla zadania nr 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 poprzez zmianę numeracji w kolumnie Lp. oraz usunięcie wierszy

- „CA250 (wyr. med.) - dren do podaży wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową (op. = minimum po 5 szt.)”

- „SP418 worek do zbiórki ultrafiltratu o poj. 9 litrów (op. = minimum po 5 szt.)”

**Pytanie 2. - Dotyczy Załącznika nr 2 - "Cewnik do hemofiltracji, high flow (...)"**

Czy Zamawiający dopuści cewnik prosty do terapii nerkozastępczej z solami bizmutu i zakończeniem cewnika schodkowym o parametrach 11,5 Fr dł 150,200,250 mm oraz 13 Fr dł 150,200,250mm?


**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

**Pytanie 3. - Dotyczy Załącznika nr 2 - "Sterylny płyn substytucyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej (...)"**

Czy Zamawiający dopuści Sterylny płyn substytucyjny w ciągłej terapii nerkozastępczej, skład:  $\text{Ca}^{2+}$  1,75 mmol/l;  $\text{K}^{+}$  4 mmol/l;  $\text{Na}^{+}$  140 mmol/l;  $\text{Mg}^{2+}$  0,5 mmol/l;  $\text{HCO}_3^{-}$  32 mmol/l;  $\text{Cl}^{-}$  113,5 mmol/l, glukoza 6,1 mmol/l; (op. = 2 worki po 5 litrów)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

DYREKTOR I S. ORGANIZACYJNO  
- EKSPLOATACYJNYCH  
  
Taida Mucha-Jastrzębska

Sporządził: Monika Kowalska