

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

Znak sprawy: **18/ZP/2022/K**

Pilchowice, 2022-08-08

**WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

**Tryb podstawowy bez negocjacji na: Dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach– 7 zadań**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm) informujemy, iż do w/w postępowania wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie 1 dot. Zadania nr 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek do terapii nieinwazyjnej ,w zestawie z kolankiem bez portu ,lub kolanko z portem wydechowym .Maska nie dotyka nosa oraz obszarów wokół ,posiadająca przegub obrotowy 360°.Wyposażona w klipsy do mocowania na głowie pacjenta .Przeznaczona do sterylizacji gazowej i termicznej .Metoda sterylizacji 25 razy w autoklawie 15 min/121°.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga mocowania maski za pomocą klipsów magnetycznych.

**Pytanie 2 dot. Zadania nr 7**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego modelu spirometru mają być dedykowane filtry ,oraz o dopuszczenie filtrów z przestrzenią martwą powyżej < 58 ml, przestrzeń filtracji 59,4 cm<sup>3</sup>, efektywność filtracji antybakteryjnej 30l/min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje: typ spirometru – ultradźwiękowy. Z uwagi na ważność z punktu widzenia technicznego, a zatem dokładność pomiaru Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Przestrzeń martwa i pole filtracji winny być jak najniższe z punktu widzenia wartości klinicznej pomiaru.

**Zamawiający**  
**Z-CA DYREKTORA**  
**ds. PIELĘGNIARSTWA**  
**mgr piel. Danuta Markłowska**