

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 29

1. Prosimy o dopuszczenie w **Pakiecie nr 7 poz.1** Jednorazowego automatycznego pistoletu do biopsji gruczołowej w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach. Obsługiwany jedną ręką, podwójny spust dostępny w pozycjach proksymalnej i dystalnej. Mechanizm ładujący w dwóch krokach, głębokość penetracji 22mm. Bez wskaźnika gotowości do wystrzału. Echogeniczna powierzchnia igły do procedur wykorzystujących naprowadzanie ultradźwiękowe, skala centymetrowa z opcjonalną przesuwą blokadą. Rękojeść igły o dł. ok. 12 cm o przekroju kwadratu ze strukturą antypoślizgową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 59 i nr 60** wymaga by w każdym opakowaniu z klipsami znajdowały się samoprzylepne kontrolki identyfikujące, do wklejania w protokole operacyjnym pacjenta, zawierające producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, przynajmniej po dwie sztuki do każdego magazynka z klipsami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 62** worki do laparoskopii typu Endobag równoważne, o wymiarach w **poz.1** - 54x200mm oraz w **poz.2** - 100x205mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 68 poz.1** staplery skórne wykonane z niepowlekanej chirurgicznej stali nierdzewnej o wys.4,4mm szer.7,3mm gr.0,6mm spełniającej pozostałe wymagania Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 70 poz.1 i 2** Stapler jednorazowy, liniowy z nożem o wysokości zszywki 4,5mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 74 poz.1** Stapler okrężny, zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,3mm. Rozmiar staplera od 21 do 32mm. Bez ostrza obrotowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Dotyczy zawarcia umowy:** wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W imieniu Zamawiającego

