

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup materiałów do ciągłych terapii nerkozastępczych**

Numer referencyjny: **ZP.3311.12-3.2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do zadania 3 - cewnik do hemodializy

1. **Pytanie:** „Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga kanałów o średnicy 12-12 ga. GA (gauge) jest miarą średnicy wewnętrznej, zazwyczaj igieł. Nie wszystkie wewnętrzne luminy cewników są okrągłe, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem: czy Zamawiający dopuści cewniki o rozmiarach zbliżonych do 12G, lub całkowicie usunie wymóg kanałów o średnicy 12-12 ga co mogłoby korzystnie wpłynąć na efektywne zarządzanie środkami publicznymi?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści: Cewnik czasowy do hemodializy, 2 kanałowy, 12Fr długość 20 cm, kanały zbliżone do 12-12 ga lub bez wymogu kanałów o średnicy 12-12 ga., wykonany z termoaktywnego poliuretanu, przystosowany do kontroli podczas wprowadzania za pomocą RTG, USG, końcówki luer oznaczone kolorami, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, strzykawka 5ml, skalpel, czapki wtryskowe?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/