

Pilchowice, 05.01.2023 r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

Znak sprawy: **28/ZP/2022/U**

WSZYSTYCH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.).

Pytanie nr 1

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par. 3 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia e-faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania i może ją złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej (tradycyjnej)?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może złożyć fakturę w formie tradycyjnej.

Pytanie nr 2

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że dniami roboczymi w rozumieniu projektowanych postanowień umowy są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 3

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par. 6 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących gwarancji i wsparcia dla sprzętu oferowanego w ramach tej części postępowania przez potwierdzenie, że pisząc „W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie

24x7” Zamawiający ma na myśli dostęp do zasobów producenta np. przez stronę www (aktualizacje, sterowniki, opisy), a nie dostęp do organizacji serwisowej w trybie 24h/7 dni co spowodowałoby niewspółmierny do korzyści wzrost kosztów całego rozwiązania.

Odp.: **Zamawiający potwierdza, że w ramach sformułowania „W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7” ma na myśli dostęp do zasobów producenta przez stronę www (aktualizacje, sterowniki, opisy), a nie dostęp do organizacji serwisowej.**

Pytanie nr 4

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par 6 ust. 1

Czy Zamawiający dopuści 14 dniowy termin naprawy zakupionego towaru?

Producenci oferowanego sprzętu nie oferują wymaganego reżimu serwisowego dla swoich produktów, a zapewnienie tego przez Wykonawcę wiązałoby się z niewspółmiernym wzrostem kosztów oferty.

Odp.: **Zamawiający dopuszcza 14 dniowy termin naprawy zakupionego w ramach Pakietu nr 1 towaru.**

Pytanie nr 5

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par 6 ust. 2

Czy Zamawiający rezygnuje z konieczności zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego?

Producenci oferowanych urządzeń nie przewidują takich warunków pakietów serwisowych, a zapewnienie tego przez Wykonawcę wiązałoby się z niewspółmiernym wzrostem kosztów oferty.

Odp.: **Zamawiający rezygnuje z konieczności zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy poza siedzibą Zamawiającego.**

Pytanie nr 6

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par. 6 ust. 11

Czy Zamawiający potwierdzi, że przez wady ukryte, o których mowa w tym postanowieniu projektowanych postanowień umowy rozumieć należy wady wynikłe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie, o których mowa w art. 578 Kodeksu cywilnego?

Odp.: **Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 7

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par 7 ust. 1

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego kary za opóźnienie w wykonaniu zamówienia.

W zdecydowanej większości ogłoszonych postępowań o podobnym zakresie i charakterze stosuje się zapis o karze umownej na poziomie 0,1% - 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Żądanie 0,5% kary za każdy dzień opóźnienia jest niewspółmierne do rangi przewinienia wykonawcy, jak również niewspółmierne do wysokości marż uzyskiwanych przez wykonawców za dostarczony sprzęt komputerowy.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowne, określone w § 7 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 8

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par. 9 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający potwierdzi, że uprawnienie do rozwiązania umowy na wykonanie zamówienia, o którym mowa w tym postanowieniu projektowanych postanowień umowy będzie mu przysługiwało po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania zamówienia i po bezskutecznym upływie terminu odpowiedniego wyznaczonemu mu w tym wezwaniu na przystąpienie do prawidłowego wykonywania zamówienia?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że uprawnienie do rozwiązania umowy będzie przysługiwało po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do prawidłowego wykonania zamówienia.

Pytanie nr 9

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 1 par. 11 ust. 1 pkt 1) lit. b)

Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku zmiany umowy na wykonanie zamówienia opisanym w tym postanowieniu projektowanych postanowień umowy zmianie ulegnie wartość umowy brutto?

Odp.: Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 2 par. 3 ust. 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia e-faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania i może ją złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej (tradycyjnej)?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może złożyć fakturę w formie tradycyjnej.

Pytanie nr 11

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 2 par. 6 ust. 4 i ust. 5

Czy Zamawiający potwierdzi, że chwilą wystania zgłoszenia, o którym mowa w tych postanowieniach projektowanych postanowień umowy, jest chwila odczytania wiadomości zawierającej zgłoszenie przez Wykonawcę?

Zwracamy uwagę, że dopóki Wykonawca nie odczyta tej wiadomości, nie poweźmie wiedzy o istnieniu tego zgłoszenia, a co za tym idzie nie będzie świadom, że należy rozpocząć naprawę. Za brak zaś swojej świadomości co do swoich obowiązków, w tak zobiektywizowanej sytuacji, Wykonawca odpowiedzialności polegającej na upływie zastrzeżonego do jego dyspozycji terminu, ponosić nie może.

Odp.: **Zamawiający nie potwierdza.**

W ramach wdrożenia wymagane jest od wykonawcy udostępnienie internetowego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych zarówno z zakresu podstawowego jak i rozszerzonego.

Jeżeli Zamawiający utworzy zgłoszenie o statusie Awaria lub Awaria krytyczna w dzień roboczy (rozumiany jako dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00, to wykonawca ma na usunięcie Awarii lub Awarii krytycznej zadeklarowany w ofercie i stanowiący jedno z kryterium oceny ofert termin liczony od daty utworzenia zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie zostanie utworzone po godzinie 16:00, za czas zgłoszenia przyjmuje się godzinę 8:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dokonania zgłoszenia i od tej daty liczony jest bieg zadeklarowanego w ofercie terminu usunięcia awarii.

Pytanie nr 12

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 2 par. 8 ust. 6

Czy Zamawiający potwierdzi, że przez wady ukryte, o których mowa w tym postanowieniu projektowanych postanowień umowy ma na myśli wady wynikłe z przyczyn tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu, o których mowa w art. 578 w związku z art. 555 Kodeksu cywilnego?

Odp.: **Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.**

Pytanie nr 13

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 2 par. 11 ust. 1 pkt 2)

Czy Zamawiający potwierdzi, że uprawnienie do rozwiązania umowy na wykonanie zamówienia, o którym mowa w tym postanowieniu projektowanych postanowień umowy będzie mu przysługiwało po wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonywania zamówienia i po bezskutecznym upływie terminu odpowiedniego wyznaczonemu mu w tym wezwaniu do podjęcia tego prawidłowego wykonywania zamówienia?

Odp.: **Zamawiający potwierdza, że uprawnienie do rozwiązania umowy będzie przysługiwało po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do prawidłowego wykonania zamówienia.**

Pytanie nr 14

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 2 par. 13 ust. 1 pkt 1) lit. b)

Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku zmiany umowy na wykonanie zamówienia opisanym w tym postanowieniu projektowanych postanowień umowy zmianie ulegnie wartość umowy brutto?

Odp.: Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 15

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla Pakietu nr 2 par. 15 ust. 2 pkt 2)

Czy w związku z tym postanowieniem projektowanych postanowień umowy, Zamawiający dopuści powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w oparciu o Regulamin przetwarzania danych osobowych obowiązujący w organizacji Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powierzenie przetwarzania danych osobowych w oparciu o Regulamin przetwarzania danych osobowych obowiązujący w organizacji Wykonawcy pod warunkiem zgodności tego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy wzór umowy/regulaminu przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 16

Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ dla Pakietu 1 – Tablet medyczny dla aplikacji mobilnej e-Obchód

Zamawiający wymaga dostawy urządzenia z min 2 portami USB wbudowanymi w urządzenie.

Czy Zamawiający dopuści nowsze rozwiązanie z portami 1 szt. Thunderbolt 4 oraz 1 szt. USB 3.2 Gen 2 (type A)?

Odp.: Zamawiający informuje, iż dopuści takie rozwiązanie z portami 1 szt. Thunderbolt 4 oraz 1 szt. USB 3.2 Gen 2 (type A).

Pytanie nr 17

Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ dla Pakietu 1 – Tablet medyczny dla aplikacji mobilnej e-Obchód

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tabletu z procesorem Intel Core i5-1235U Processor 1.3 GHz up to 4.4 GHz, którego typowe TDP = 15W, maksymalne = 55W i jednocześnie osiąga 13 500 pkt w teście Passmark CPU oraz baterią z gwarantowanym około 8.5 godzinnym czasem pracy na baterii (wg MobileMark 2014 battery life benchmark)?

Odp.: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie tabletu spełniającego powyższe parametry.

Pytanie nr 18

Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ dla Pakietu 1 – Tablet medyczny dla aplikacji mobilnej e-Obchód

Zamawiający wymaga by tablet spełniał wymogi standardu MIL-STD 810G. MIL-STD 810G został opracowany w 2008 roku i zmodyfikowany w roku 2014. W roku 2019 został opracowany nowy

standard MIL-STD 810H który jest rozwinięciem poprzednika MIL-STD 810G.

Czy zatem Zamawiający dopuści tablet spełniający standard MIL-STD 810H?

Odp.: **Zamawiający informuje, iż dopuści tablet spełniający standard MIL-STD 810H.**

Pytanie nr 19

Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ dla Pakietu 1 – Niszczarka dokumentów dla e-Archiwizacji

Zamawiający wymaga by niszczarka miała zerowy pobór mocy w trybie stand-by. Warunek ten nie może być spełniony, gdyż nawet w trybie stand-by istnieje znikomy pobór mocy dla każdego urządzenia elektrycznego.

Czy Zamawiający dopuści niszczarkę z poborem mocy 0,1W w trybie stand-by?

Odp.: **Zamawiający informuje, iż dopuści niszczarkę z poborem mocy 0,1W w trybie stand-by.**

Pytanie nr 20

Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ dla Pakietu nr 2

Dla obsługi zgłoszeń serwisowych zarówno z zakresu podstawowego jak i rozszerzonego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić internetowy system zgłoszeń umożliwiający zaznaczenie odpowiedniego statusu zgłoszenia.

Czy Zamawiający uzna za równoważną i spełniającą wymagania Zamawiającego możliwość zgłaszania problemów z oprogramowaniem i uwag dotyczących oprogramowania (z zapewnieniem możliwości śledzenia postępów w ich realizacji) bezpośrednio w aplikacji SEOD?

Odp.: **Zamawiający dopuszcza i uznaje za równoważną możliwość zgłaszania problemów z oprogramowaniem i uwag dotyczących oprogramowania (z zapewnieniem możliwości śledzenia postępów w ich realizacji) bezpośrednio w aplikacji SEOD.**

Pytanie nr 21

SWZ str. 3 Pakiet nr 2: Zakup Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, pkt 2)

Czy Zamawiający uzna, że wymaganie „dostępności dla osób niepełnosprawnych” spełnia rozwiązanie w postaci zapewnienia możliwości w systemie SEOD indywidualnego dla każdego pracownika Zamawiającego ustawiania stylu w postaci rozmiaru czcionki, kolorystyki czcionki, indywidualnych kursorów?

Odp.: **Zamawiający uzna za zgodne z SWZ takie rozwiązanie.**

Pytanie nr 22

Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ dla Pakietu nr 2

Czy Zamawiający potwierdzi, iż wymóg „Wielojęzyczności z możliwością przełączenia z języka polskiego na język angielski z możliwością dalszej rozbudowy w razie potrzeby o kolejne wersje

językowe” dotyczy platformy udostępniania e-usług dla Pacjenta realizowanej w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” i nie jest wymogiem dotyczącym interfejsu systemu SEOD, który może być udostępniony pracownikom Zamawiającego wyłącznie w języku polskim?

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe i informuje, iż interfejs systemu SEOD może być udostępniany pracownikom Zamawiającego wyłącznie w języku polskim.

Pytanie nr 23

Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ dla Pakietu nr 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że zawarty w OPZ poniższy zapis stanowi opis wymagań stawianych e-usługom wdrażanym w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” a nie wymagań względem systemu SEOD?

Uwzględnione w projekcie E-usługi prezentowane będą w ramach medycznego portalu informacyjnego, w sekcji pacjenta. Wszystkie E-usługi oraz platforma e-usług musi zostać zaktualizowana do spełniania poniższych wymagań:

- Pełna mobilność – dostępność usługi musi być możliwa z poziomu stacji roboczych i urządzeń mobilnych, w tym tabletów, za pośrednictwem połączeń kablowych szerokopasmowych, bezprzewodowych komórkowych czy WIFI.

Dodatkowo zostanie dostarczona aplikacja mobilna na urządzenia mobilne iPhone i Android zapewniająca dostęp do historii leczenia w szpitalnej przychodni.

- Przyjazny interfejs – możliwość dostosowania interfejsu do wymagań użytkownika tj. wersja kontrastowa, zwiększanie czcionki – ułatwienia dla osób niedowidzących oraz definiowania własnych stylów CSS co pozwoli na modyfikacje interfejsu zorientowanego na użytkownika (UX).
- Wielojęzyczność – możliwość przełączenia z języka polskiego na język angielski z możliwością dalszej rozbudowy w razie potrzeby o kolejne wersje językowe.
- Ciągłość działania – przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, dostępność do realizowanych e-usług.
- Wymiana informacji – dzięki EDM (wspierającym profile IHE), integralności z platformami krajowymi, gotowości do wymiany informacji z platformami regionalnymi dzięki otwartym standardom wymiany danych (HL7).
- Współpraca podmiotów Ochrony Zdrowia – dzięki EDM (wspierającym profile IHE), posiadanej platformie obsługi kontrahentów oraz telekonsultacjom.

Odp.: Zamawiający potwierdza, iż cytowany zapis z OPZ stanowi opis wymagań stawianych e-usługom dla Pacjenta oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach” i nie dotyczy wymagań względem systemu SEOD, o ile działanie SEOD nie będzie miało wpływu na te obszary (e-Uslugi dla Pacjenta i EDM).

Pytanie nr 24

Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ dla Pakietu nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wymagał wyłącznie integracji dostarczonego systemu SEOD z posiadanym systemem finansowo-księgowym KS-FKW i Wykonawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie kosztów integracji SEOD z systemem kadry-płace i systemem obsługi środków trwałych i wyposażenia.

Odp.: Zamawiający w treści OPZ wskazał wprost, iż wymaga wyłącznie integracji dostarczonego systemu SEOD z posiadanym systemem finansowo-księgowym KS-FKW produkcji Kamsoft. W ramach postępowania Zamawiający nie przewiduje integracji SEOD z innymi posiadanymi systemami.

Pytanie nr 25

Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ dla Pakietu nr 2, System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, pkt 12. Integracja z systemem FK „KS-FKW” firmy KAMSOFT S.A.

Przedstawiony przez Zamawiającego opis integracji jest zbyt ogólny i nie pozwala na prawidłowe oszacowanie zakresu prac, a co za tym idzie także kosztów z nią związanych.

W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za zgodną z SWZ i swoimi oczekiwaniami integrację systemu SEOD z systemem KS-FKW zrealizowaną według poniższego scenariusza?

Integracja pomiędzy systemami SEOD a KS-FKW będzie odbywała się poprzez schemat komunikacyjny na bazie Oracle. Przedmiotem integracji będą faktury kosztowe oraz powiązane z nią informacje dotyczące kartotek ośrodków kosztów zespół „5”, rodzajów kosztów zespół „4” oraz kartoteki kontrahentów. System EOD będzie komunikował się ze schematem Oracle poprzez ODBC. W systemie KS-FKW zostaną przygotowane odpowiednie widoki do schematu komunikacyjnego oraz odpowiednie funkcje bazodanowe.

Opis danych do synchronizacji:

- słownik MPK (ośrodki kosztów „5”) – w EOD tylko odczyt,
- słownik KR (rodzaje kosztów „4”) - w EOD tylko odczyt,
- słownik kontrahentów – cykliczna synchronizacja pomiędzy systemami (kontrahenci będą wprowadzani zarówno w systemie EOD oraz KS-FKW)
- dodawanie nowego kontrahenta w EOD wymusza wywołanie procedury do zakładania kontrahenta po stronie systemu KS-FKW
- system FK pobiera dokumenty ze schematu komunikacyjnego w formacie nagłówki dokumentu,
- system EOD tworzy nowe rekordy faktur kosztowych w schemacie komunikacyjnym,
- system FK przekazuje informacje o dekretach, zapłatach do systemu EOD informacje będą przekazywane poprzez widoki na bazie Oracle. Informacje te mogą ulegać zmianom w systemie FK.
- po stronie systemu KS-FKW – zostanie udostępniona mechanizm wywołania formularza z systemu EOD prezentującą informacje opisane przez kancelarie w systemie EOD.

W ramach dostosowanie zawartości widoków do wymagań jednostki Wykonawca przygotowuje do 10 raportów z systemu EOD pod indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza i uznaje za zgodną z SWZ integrację dostarczonego systemu SEOD z posiadanym systemem FK wykonaną według przedstawionego scenariusza.

Pytanie nr 26

Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ dla Pakietu nr 2, Zakres i wymagania dla serwisu technicznego

Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie Wykonawcy zdalnego wsparcia technicznego rozszerzonego dla wdrażanych e-usług w ilości minimum 90h w okresie trwania gwarancji.

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy wdrożenie e-usług realizowane będzie w ramach rozstrzygniętego przez Zamawiającego postępowania na inny Pakiet. Wykonawca realizujący dostawę i integrację systemu EOD nie jest w stanie świadczyć wsparcia dla systemu e-usług.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę zapisu:

Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany uwzględnić zdalne wsparcie techniczne rozszerzone dla wdrażanego systemu EOD w ilości minimum 20h w okresie trwania gwarancji.

Odp.: Zamawiający ogranicza zakres wsparcia dodatkowego wyłącznie do przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Pakietu poprzez następującą zmianę treści Załącznika nr 2 do SWZ – OPZ dla Pakietu nr 2 w części Zakres i wymagania dla serwisu technicznego.

Sformułowanie „Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany uwzględnić zdalne wsparcie techniczne rozszerzone dla wdrażanych e-usług w ilości minimum 90h w okresie trwania gwarancji.” Zostaje zastąpione treścią „Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany uwzględnić zdalne wsparcie techniczne rozszerzone dla wdrażanego systemu EOD w ilości minimum 20h w okresie trwania gwarancji.”

Zamawiający

Z up.

Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Danuta Markłowska