

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

wspólny dla wszystkich części postępowania

**pn. Świadczenie usług przeglądów i konserwacji aparatury medycznej.**

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i konserwacji aparatury medycznej (zwanej w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia „sprzętem”) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
2. Zamówienie podzielone jest na **11** części:
  - 1) część nr 1 – Kardiomonitor, Aparaty EKG, KTG,
  - 2) część nr 2 – Analizatory parametrów krytycznych,
  - 3) część nr 3 – Narzędzia Elektrochirurgiczne,
  - 4) część nr 4 – Sprzęt artroskopowy,
  - 5) część nr 5 – Wyposażenie centralnej Sterylizacji,
  - 6) część nr 6 – Kolumnowy system zasilania, pompa do kontrapulsacji,
  - 7) część nr 7 – Aparat przy łóżkowy,
  - 8) część nr 8 – Skaner płyt obrazowych,
  - 9) część nr 9 – Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu.
  - 10) część nr 10 – Stoły operacyjne i do masażu,
  - 11) część nr 11 – Gastroskopy, Endoskopy, Mobilny System Endoskopii.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
4. **Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności i wymagania:**
  - 1) wykonanie planowych przeglądów i konserwacji zgodnie z właściwościami danego sprzętu, najbardziej aktualnymi obowiązującymi instrukcjami, najnowszymi zaleceniami producenta, standardami, normami oraz w interwałach czasowych określonych przez Zamawiającego lub przez producenta sprzętu  
lub w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Przeglądy okresowe muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze sprzętu (ciągłość przeglądów) i obejmują wszelkie wymagane w trakcie przeglądów wymiany części oraz elementów zużywalnych, które wchodzi w skład danego przeglądu i są wymagane dla zachowania bieżącej sprawności sprzętu, w tym sugerowane przez producenta urządzenia do wymiany w trakcie danych przeglądów;
  - 2) po zakończeniu przeglądów i konserwacji Wykonawca ma obowiązek sporządzić kartę pracy i raport serwisowy zawierający zapis o sprawności sprzętu, możliwości dopuszczenia go do dalszego użytkowania oraz termin następnego przeglądu, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy – zalecenia dotyczące przeprowadzenia niezbędnych napraw. Fakt wykonania przeglądu i konserwacji Wykonawca będzie miał obowiązek odnotować każdorazowo w paszporcie technicznym sprzętu (jeżeli taki posiada);
  - 3) zaopatrzenie w materiały i części zamienne we własnym zakresie;
  - 4) aktualizowanie oprogramowania urządzeń (aktualizacje wymagane i zalecane);
  - 5) świadczenie usługi przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz legalnego oprogramowania serwisowego;
  - 6) wykonywanie usługi przez pracowników posiadających uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. po odbyciu szkolenia serwisowego technicznego przez te osoby w zakresie wykonywania usług serwisowych przedmiotu zamówienia;
  - 7) wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w pełnym zakresie dla danego sprzętu (jeśli dotyczy);
  - 8) wykonywanie kalibracji sprzętu, jeśli przepisy i zalecenia producenta nakładają taki obowiązek;
  - 9) sprawdzenie poprawności działania sprzętu po wykonanych czynnościach serwisowych;
  - 10) dojazd pracownika serwisu;
  - 11) wymianę pakietów serwisowych;
  - 12) wykonywanie przeglądów i konserwacji przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i/lub normami, wykorzystując przy wykonywaniu usługi materiały posiadające aktualne atesty, aprobaty techniczne i/lub certyfikaty zgodności oraz z wykorzystaniem odpowiedniego legalnego oprogramowania;

- 13) czas przystąpienia do wykonania przeglądu i konserwacji w miejscu instalacji urządzenia/aparatu – **nie później niż w ciągu 9 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego;**
  - 14) przeglądy i konserwacje dla poszczególnego sprzętu będą przeprowadzane zgodnie z harmonogramem dostarczonym Wykonawcy po zawarciu umowy.
8. **Informacje dodatkowe:**
- 1) podejmowane przez Wykonawcę czynności przeglądu i konserwacji, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego sprzętu, dopuszczających go do użytkowania;
  - 2) wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN lub równoważnymi, zawierającym nazwę badanego urządzenia, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności;
  - 3) jeżeli w ramach czynności przeglądu i konserwacji wymagana jest legalizacja, walidacja lub kalibracja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych czynności, przedstawienia odpowiednich świadectw i przekazania ich Zamawiającemu;
  - 4) wykonawca po wykonaniu przeglądu i konserwacji dokona wpisu wykonanych czynności do dokumentacji eksploatacji sprzętu (jeśli urządzenie/aparat takową posiada);
  - 5) każdorazowo po przeglądzie i konserwacji Wykonawca wystawi raport serwisowy, który zostanie przekazany do Sekcji Naprawy Sprzętu i Aparatury Medycznej, raport serwisowy jest podstawą do wystawienia faktury;
  - 6) Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum **6 miesięcy gwarancji** na wykonaną usługę przeglądu i konserwacji (materiały i wykonanie) licząc od dnia podpisania raportu serwisowego;
  - 7) Wykonawca w ramach przeglądu i tej samej ceny, sporządzi opinię (orzeczenie, ekspertyzę) o stanie technicznym sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji;
  - 8) Wykonawca wykona przeglądy i konserwację przy użyciu będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu;
  - 9) termin konkretnej wizyty w celu wykonania przedmiotu zamówienia, będzie każdorazowo ustalony w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego;
  - 10) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji w taki sposób, aby sprzęt nie posiadał przerw w potwierdzeniu wykonania przeglądów;
  - 11) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego podczas wykonywania przeglądu technicznego sprzętu;
  - 12) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji w ustalonym pierwotnie terminie i żądania jego przeprowadzenia w innym terminie, w przypadku nieprzewidzianej awarii urządzenia;
  - 13) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania usługi dla sprzętu, który zostanie wycofany z eksploatacji.