

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 14**

Pakiet nr 60

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów do klipsownic Grena typu Vclip.
2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów do klipsownic Grena typu LigaV.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający określi rodzaj klipsów do klipsownic Grena przy składaniu zamówienia**

Pakiet nr 62

3. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o wymiarach 85x185mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o wymiarach 160x200mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

Pakiet nr 68

5. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami o wielkości grzbietu 6,5 mm, grubość 0,6 mm, niepowlekanych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 70

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości zszywki 4,5 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 74

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 21 do 34 mm, ostrze standardowe.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

W imieniu Zamawiającego

