

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 29

Pakiet 28 poz. 1-2, 6 - Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy zewnętrznej 5mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem 180cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w hydrofilowy filtr cząsteczkowy wielkości oczek 8 ?m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 3 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z kolcem z odpowietrznikiem zamykany kolorową (czerwoną) klapką identyfikującą rodzaj przyrządu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 3 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji z komorą o długości 9,5 cm (9cm w części przezroczystej) w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 3 poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do transfuzji wyposażonego w koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 otworami bocznymi i centralnym dostępnym w rozmiarze od CH6 do CH10 o długości 400mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości ramienia 450x180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1500mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4 poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy sterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 5 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren dostępny w rozmiarach CH12 do CH18?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie pojedyncze papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Brak w/w pozycji.

Pakiet 5 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do kolografii niesterylny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Biologicznie czysty.

Pakiet 5 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 6-7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą dostępną w rozmiarze 8,0mmx250mm (CH24), 5,3mmx200mm (CH16)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena o długości 85cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7 poz. 1 - Czy Zamawiający może merytorycznie wyjaśnić co ma na myśli wprowadzając wymóg zaoferowania oryginalnych szczoteczek zgodnych z wymogami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki



Raka Szyjki Macicy? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o odstąpienie od wymogu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Program zdrowotny realizowany przez świadczeniodawców na podstawie umowy zawartej z FNZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres świadczeń wykonywanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy (m. im. Cytologia, kolposkopia), populacja kobiet, do której program jest skierowany (w wieku 25-59 lat) oraz jego realizacji określone zostały w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Pakiet 7 poz. 1 - Czy poniższe szczoteczki spełniają wymogi Zamawiającego opisane w SWZ?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga przedstawionej szczoteczki.

Pakiet 10 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarach: S- 20cm-28cm, M- 24cm-34cm, L- 30cm-40cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach taśmy medycznej +/- 1 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wymiarach 200/260 cm x 310 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, wzmocnioną z otworem wypełnionym folią o wymiarach 30 cm x 30 cm z wycięciem w kształcie gruszki 16 cm x 18 cm z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 80 cm, o odpornością na przenikanie cieczy 283 cm H₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgonie z SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opakowanie foliowe ze wstawką papierową - Tyvek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 16, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści na wezwanie próbki w wersji niesterylnej? Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści nożyk do nakłucia palca, pakowany indywidualnie w rozmiarze L o długości całkowitej 4cm, ostrze o głębokości 3,3mm i konstrukcji jak na załączonym

zdjęciu?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodne z opisem SWZ.

Pakiet 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nożyków za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści bezpieczne nakłuwacze automatyczne występujące w dwóch rozmiarach: 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nożyków za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 101, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 101, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający