

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup szwów chirurgicznych i siatek przepuklinowych**

Numer referencyjny: **ZP.3311.7-3.2025**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie: „Dotyczy wzoru umowy.** Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy *”W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie: „Dotyczy wzoru umowy.** Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: *Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
- Pytanie: „Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 1 oraz SWZ, rozdział 4, pkt. 4.24-4.25.** Zwracamy się z prośbą o zmianę miejsca dostawy z apteki szpitalnej na magazyn Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** Miejscem realizacji dostaw jest magazyn Apteki szpitalnej.
- Pytanie: „Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2.** Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia faktury w formacie pdf na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.”

**Odpowiedź:** Sposób dostarczenia faktury został określony w § 6 ust. Załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

5. **Pytanie:** „*Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 1 pkt. 4. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „za odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ust. 6 – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wymienionej w § 5 ust. 1 umowy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Pytanie:** „*Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 4. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „łączna maksymalna wysokość kar, której mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pytanie:** „*Dotyczy zadania 14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 14, dopuści siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłaniającym hydrożelem wchłaniającym w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm<sup>2</sup>, waga po absorpcji 51g/m<sup>2</sup>. Możliwość docięcia siatki bez efektu strzępienia. Rozmiar siatki: poz. 1 - 15.2 x 20.3 cm; poz. 2 - 20.3 x 25.4 cm; poz. 3 - 25.4 x 33 cm.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/