

Bytom dnia: 2024-04-17

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa łóżek z materacami, łóżeczek z materacami, szafek przyłóżkowych, szaf ubraniowych, szaf na pościel, szaf medycznych, wózków zabiegowych, wózków reanimacyjnych dla Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,,.

Numer referencyjny: 9/9PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Wózek reanimacyjny – 2 szt., Wózek zabiegowy – 2 szt.

1. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka o długości 72 cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka o szerokości 62 cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Prosimy (w pkt. 4) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę wykonaną ze stali malowanej proszkowo, wygłuszoną, minimalizującą drgania, bez konieczności stosowania dodatkowego materiału (bez możliwości wyboru szafki wykonanej ze stali kwasoodpornej).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Prosimy (w pkt. 4) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego blat wykonany z tworzywa

sztucznego z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami (bez możliwości wyboru blatu ze stali malowanej proszkowo oraz stali kwasoodpornej).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Prosimy (w pkt. 4) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka posiadającego podstawę osłoniętą tworzywem ABS wyposażoną w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą (bez możliwości wyboru podstawy ze stali malowanej proszkowo oraz stali kwasoodpornej).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego z boku szafki w trzy uchylne, tworzywowe pojemniki.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w półkę stalową pod defibrylator lakierowaną proszkowo bez regulacji wysokości.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy: Pakiet nr 2 – łóżeczko pediatryczne – 5 szt.**

8. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na zaoferowanie długości całkowitej 1875 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji wysokości 730 – 1010 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

10. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na zaoferowanie kąta przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0 – 12 stopni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

11. Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie segmentów leża wypełnionych płytami z tworzywa sztucznego ABS.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

12. Prosimy (w pkt. 5) o wyrażenie zgody na zaoferowanie ręcznej regulacji oparcia pleców w zakresie do 75 stopni.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

13. Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie poręczy bocznych o wysokości 800 mm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

14. Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie 4 kół o średnicy 125 mm z centralną blokadą.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie kosza na zabawki zamocowanego pod leżem łóżeczka.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

16. Prosimy (w pkt. 8) o określenie wymiarów pościeli oraz poduszki i kołdry.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje iż wymiary pościeli oraz poduszki i kołdry powinny być adekwatne do wymiarów łóżeczka.**

Zamawiający