

Bytom dnia: 2023-01-23

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "**dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu**" – znak sprawy 1/1PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 11**

**Pakiet nr 46, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml, skalowana
- Igła Touhy 18G
- Cewnik epiduralny wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG
- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika
- Płaski filtr 0,2µm
- Zatrzaskowy łącznik do cewnika
- Mocowanie cewnika
- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający prosi o wyjaśnienie czy zatrzaskowy łącznik do cewnika jest jednocześnie zatrzaskowym uchwytem do cewnika. Proszę o przesłanie karty katalogowej.

Zamawiający