

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa ambulansu typu C do SPZOZ w Siedlcach.

Numer referencyjny: ambulans/472/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, dot. Nosze główne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze ze specjalnie wyprofilowanym materacem zapewniającym pełne bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz odporność m.in. na wodę, krew, piach i plamy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Tak.

Pytanie 2, dot. Nosze główne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze bez półki pod wezglowiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Tak.

Pytanie 3, dot. Transporter pod nosze

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter charakteryzujący się poniższymi parametrami:

Wykonany z anodyzowanego aluminium dodatkowo lakierowane, zabezpieczone przed korozją, nie

brudzą ręk i ubrań

Długość 1970 mm

Szerokość 550 mm

Wysokość załadunkowa 700 mm

Średnica kół 152 mm

Waga 28 kg

Limit obciążenia 270 kg

Podwójne zabezpieczenie transportera do podłogi - dwa zamki zatrzaskowe mocujące nosze

Cztery kółka jezdne, antystatyczne o średnicy 152 mm, obrotowe/skrętne w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce

Licznik złożień

Ergonomiczne dźwignie kodowane kolorami

Zabezpieczenie przed samoczynnym opuszczeniem się transportera podczas wciśnięcia dźwigni zwalniającej

Funkcja unoszenia transportera bez użycia dźwigni

Pośrednie kółka załadownicze

Możliwość montażu noszy w obu kierunkach

Odblaskowe elementy ramy

Nakładki ochronne goleni przednich i tylnych

System automatycznego składania się przedniej i tylnej goleni podczas załadunku.

Blokada pozycji złożonej goleni blokuje obie golenie transportera w pozycji 1 i pozycji 3

System zabezpieczający przed przypadkowym wyjechaniem noszy z ambulansu w przypadku nierozłożenia się przednich goleni.

Regulacja wysokości na 7 poziomach

Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga na 3 poziomach wysokości

Zgodność transportera i noszy z normami PN EN 1865 oraz PN EN 1789

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuszcza taki transporter

Pytanie 4 dot. Krzesiśko kardiologiczne:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzesiśko wyposażone w składane 2 pary tylnych rączek i parę uchwytów przednich wysuwanych z regulacją wysokości na 2 poziomach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 4

Tak.

Pytanie 5 dot. Krzesiśko Kardiologiczne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego krzesło, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 159 kg? Chcemy zauważyć, że to tylko o 1 kg mniej od wartości aktualnie wymaganej przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 5

Tak.

Pytanie 6 dot. Plecak ratowniczy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności plecak o poniższych parametrach:

- Przeznaczony jest dla zespołów karetek reanimacyjnych i wypadkowych oraz specjalistycznych grup ratowniczych. -Wykonany z CORDURY® ma konstrukcję wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Plecak posiada 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny).

-System transportu na plecach składa się z dwóch szelek z elementami odblaskowymi, pasa biodrowego oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Wszystkie te elementy posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

-W przypadku przenoszenia plecaka w ręku system

szelek można schować w przeznaczoną do tego celu specjalną kieszeń. Plecak wyposażony jest liczne elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach oraz uchwyty umożliwiające troczenie ekwipunku dodatkowego.

Wszystkie suwaki są plastikowe, bryzgoszczelne i samonaprawialne.

- Plecak posiada wyjmowane ampularium na 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na 9 ampułek

- z możliwością zamocowania do pasa:

o wielokomorowa konstrukcja zadaniowa, w tym komora intubacyjna umożliwiająca posegregowanie wyposażenia (rurki, łopatki, rękojeść)

o dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt medyczny (worki, pulsoksymetry, etc.)

o konstrukcja umożliwia pranie ręczne lub automatyczne

o konstrukcja usztywniona pianką zmiękczącą, łatwa do usunięcia z zasuwanych komór

o górna kieszeń zewnętrzna posiada izolowaną przestrzeń do przechowywania listy wyposażenia formatu A4

o dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na cztery komplety płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

(z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów):

o Wysokość: 62 cm

o Szerokość: 52 cm

o Głębokość: 30 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 6

Tak. Zamawiający dopuszcza taki plecak.

Pytanie 7 dot. Ssak akumulatorowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ssak z regulacją podciśnienia w zakresie 3 do 80 kPa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 7

Tak.

Pytanie 8 dot. Ssak akumulatorowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ssak o maksymalnym przepływie 25l/min.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 8

Tak.

Pytanie 9, dot. Defibrylator transportowy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator z dostępnymi 20 poziomami energii defibrylacji zewnętrznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 9

Tak.

Pytanie10, dot. Defibrylator transportowy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 10

Tak.

Pytanie 11, dot. Defibrylator transportowy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej 6,5", z rozdzielczością 640 x 480 pikseli, z automatyczną i ręczną zmianą trybu i układu wyświetlania informacji w trybach pracy: monitorowania EKG, monitorowanie 12 odpr., RKO - informacji o jakości uciśnień klatki piersiowej i wentylacji, trendy, monitora funkcji życiowych, archiwum, monitorowania pacjenta urazowego)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 11

Tak.

Zamawiający