

Bytom dnia: 2021-08-16

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "" **Dostawa, instalacja, uruchomienie i montaż cystoskopów i kriokomory**

w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytom" – znak sprawy 24/24PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet nr. 2 Kriokomora

Zamawiający w załączniku 7 do SIWZ określił w punkcie 10 „Moc znamionowa: 450 VA” czyli 450 Wat. W przypadku zastosowania funkcji osuszania w kriokomorze, która jest niezbędna by osuszyć wnętrze kriokomory znacznie wydłużając jej żywotność niezbędne jest zastosowanie elektrycznego systemu grzania co wiąże się ze znacznie większą wartością mocy wyrażoną w Watach. Dodatkowo zastosowanie grzejnej szyby w kriokomorze, która wpłynie korzystnie na funkcjonowanie kriokomory (brak parowania szyby i oblodzeni) również niezbędna jest wyższa wartość niż podana przez Zamawiającego. Utrzymanie tej wartości przez Zamawiającego spowoduje, iż żaden z wykonawców nie będzie mógł zastosować w kriokomorze szyby grzejnej oraz skutecznego osuszania. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wartość mocy maksymalnej 2600W ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający