

Bytom dnia: 2025-04-25

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 12**

**Pakiet nr 33, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na korpusie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pakiet nr 33, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pakiet nr 33, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki wykonane z medycznego PCV?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 33, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści niewielką zawartość ftalanów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 34, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

odzaj filtracji: elektrostatyczna

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 34, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak




#### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 34, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:**

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

*f*




**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pakiet nr 34, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**


**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pakiet nr 34, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

*P*

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pakiet nr 36, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści rurki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na korpusie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pakiet nr 36, pozycja nr 3** – Czy zamawiający dopuści rurki Guedel w rozmiarach 000/40mm; 00/50mm; 0/60mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zamawiający  
Koordynator Zamówień Publicznych  
*mgr Magdalena Pudło*