

do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych (BZP 601062-N-2020 z dnia 2020-10-22)

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w załączeniu przesyła pytania wraz z wyjaśnieniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. **Pytanie:** *"dotyczy pakietu 6, pozycja 4. Czy Zamawiający w ZADANIU nr 6 w POZYCJI 4 „Roztwór do odkażania i płukania ran” dopuści preparat który zawiera 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu?"*
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
2. **Pytanie:** *"dotyczy pakietu 6, pozycja 5. Czy Zamawiający w ZADANIU nr 6 w POZYCJI 5 „Roztwór do odkażania i płukania ran” dopuści preparat który zawiera 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu?"*
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie

dr Kamila Ćwik